采油化验工考试习题库(第1部分)

(该部分共500题)

1.[单选题][T] BD011 4 1 1
显色反应所形成的有色物质的（ ）要稳定，以保证在测定过程中吸光度变化很小。
A)组成
B)物理性质
C)化学性质
D)结构
答案:C
解析:

2.[单选题][T]BD019 4 1 3
毛细管柱需在高温下大于（ ）℃使用。
A)100℃
B)120℃
C)200℃
D)250℃
答案:C
解析:

3.[单选题][T]AA016 4 1 5
这种有机物分子中的不饱和的碳原子与其他原子或原子团直接结合而生成饱和化合物的反应叫做（ ）。
A)聚合反应
B)化合反应
C)加成反应
D)集合反应
答案:C
解析:

4.[单选题][T] BD011 4 1 5
显色反应一般是指被测元素在（ ）的作用下转变成有色化合物的反应。
A)水溶液
B)显色剂
C)萃取剂
D)沉淀剂
答案:B
解析:

5.[单选题][T] BB011 4 1 1
沉淀析出后，在沉淀与母液一起放置过程中，溶液中本来难于析出的杂质离子可能沉淀到原沉淀表面上的现象称为（ ）现象。
A)沉淀析出
B)共沉淀
C)后沉淀
D)表面吸出
答案:C

解析:

6.[单选题]依据《中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法》(安全〔2010〕659号),应急物资实行按标准定量管理,根据物资消耗情况,及时补充储备,确保应急物资品种和数量符合( )要求。
A)维修
B)抢险
C)日常
D)预案
答案:D
解析:

7.[单选题][T]BC007 4 1 3
洗涤有明显油污的酸式滴定管,最好用 ( ) 。
A)去污粉刷洗
B)铬酸洗液
C)碱液冲洗
D)自来水冲洗
答案:B
解析:

8.[单选题]大庆油田聚合物采出液粘度检测标准《聚合物采出液化验方法》标准号( )。
A)Q/SY DQ0928-2010
B)Q/SY DQ0928-2011
C)Q/SY DQ0928-2003
D)Q/SY DQ0928-2004
答案:B
解析:

9.[单选题]如果次氯酸钠进入眼睛,应立即( )。
A)用流动清水或生理盐水冲洗
B)滴氯霉素眼药水
C)用干净手帕擦拭
D)用弱酸溶液冲洗
答案:A
解析:

10.[单选题][T]AD007 4 1 1
根据我国毒物危害程度级别, 汞及其化合物属于 ( ) 。
A)极度危害
B)高度危害
C)中度危害
D)轻度危害
答案:A
解析:

11.[单选题][T]AB005 4 1 3
当岩层所受的力超过了岩石的强度, 岩层的连续性和完整性遭受破坏后形成的地质构造称为 ( ) 。
A)褶皱构造
B)裂缝构造
C)断层构造
D)断裂构造

答案:D
解析:

12.[单选题][T]BA013 4 1 3
从误差角度来看，天平的正确性就是反映天平示值（ ）大小的程度。
A)绝对误差
B)随机误差
C)系统误差
D)相对误差
答案:C
解析:

13.[单选题][T]BD008 4 1 3
紫外分光光度计的光源是（ ）。
A)钨灯
B)氘灯
C)汞灯
D)钠灯
答案:B
解析:

14.[单选题]所取聚合物样品必须密封,并在( )内检测完毕。
A)1h
B)6h
C)12h
D)24h
答案:B
解析:

15.[单选题][T] BA004 4 1 1
由下列因素引起的误差中，不属于过失误差的是（ ）。
A)称重时读错砝码的数值
B)滴定时读错刻度
C)计算错误
D)蒸馏水中含有微量杂质
答案:D
解析:

16.[单选题][T]AD004 4 1 1
白磷应保存在（ ）中，在水下切割并用镊子取用。
A)煤油
B)水
C)HNO3溶液
D)NaOH溶液
答案:B
解析:

17.[单选题]分析油井原油含水时,离心机转速为( )。
A)3000r/min~3500r/min
B)3500r/min~4000r/min
C)4000r/min~4500r/min

D)4500r/min~5000r/min
答案:A
解析:

18.[单选题]离心法检测原油含水,需向离心管内加破乳剂( )滴。
A)1~2
B)3~4
C)7~8
D)9~10
答案:B
解析:

19.[单选题][T] BA004 4 1 3
由于操作不正确,粗心大意而造成的误差称（ ）误差。
A)系统
B)过失
C)偶然
D)操作
答案:B
解析:

20.[单选题]大庆油田原油含水执行标准《油井产液取样及含水化验方法》标准号( )。
A)Q/SY DQ0930-2012
B)Q/SY DQ0930-2010
C)Q/SY DQ0930-2003
D)Q/SY DQ0930-2000
答案:A
解析:

21.[单选题][T] AB006 4 1 5
油田注水开发中，（ ）是最普遍、最主要的问题。
A)平面矛盾
B)纵向矛盾
C)层间矛盾
D)层内矛盾
答案:C
解析:

22.[单选题][T]AC009 4 1 1
在Excel图表中，利用“图表向导”生成图表一共有4步。“图表向导”步骤之一是（ ），步骤之二是“图表源数据”，步骤之三是“图表选项”，步骤之四是“图表位置”。
A)图表类型
B)图表标题
C)分类坐标
D)数据系列
答案:A
解析:

23.[单选题][T]AA012 4 1 3
由油田得到的原油通常是的黏稠液体，根据不同的需要经分馏而得到各种不同的馏分。
A)深红色

B)绿色
C)黄色
D)深褐色
答案:D
解析:

24.[单选题]聚合物配制站在检测单车聚合物干粉质检粘度时,用的水是( )。
A)配制水
B)污水
C)盐水
D)自来水
答案:C
解析:

25.[单选题][T]BC012 4 1 5
喷灯最高温度能达到（ ）℃。
A)500
B)800
C)1000
D)2000[T/]
答案:C
解析:

26.[单选题]基层队对没有达到验收标准的三采药剂,上报(),由其组织退货。
A)中心化验室药剂管理岗
B)主管副大队长
C)中心化验室主任
D)厂油田管理部
答案:A
解析:

27.[单选题][T]BC003 4 1 5
溶液转入容量瓶中加蒸馏水稀释，稀释到约（ ）体积时，开始进行初步混匀。
A)1/2
B)1/3
C)3/4
D)1/4
答案:C
解析:

28.[单选题][T]AC001 4 1 1
在Word中，把选中的文字设置成隶书，该操作是进行（ ）设置。
A)字号
B)字体
C)字形
D)字体效果
答案:B
解析:

29.[单选题]检测三元体系界面张力时,脱水原油的使用期限为()。
A)一个月

B)三个月
C)六个月
D)一年
答案:C
解析:

30.[单选题][T]BD009 4 1 1
石英吸收池一般用在（ ）光区。
A)紫外
B)红外
C)可见
D)远红外
答案:A
解析:

31.[单选题][T] BA006 4 1 3
精密度的高低可以用（ ）来表示。
A)误差
B)准确度
C)偏差
D)绝对误差
答案:C
解析:

32.[单选题][T] BA006 4 1 5
在确定条件下，反复多次测量，所得结果之间的一致程度，表示测量结果的重复性的是（ ）。
A)精密度
B)准确度
C)误差
D)偏差
答案:A
解析:

33.[单选题][T]BB005 4 1 3
配制200 g质量分数为0.2的NaCl水溶液，需NaCl（ ）g。
A)20
B)30
C)35
D)40
答案:D
解析:

34.[单选题][T]AB003 4 1 5
从岩性上看，粘土、页岩、泥岩、石膏、硬石膏及岩盐都是理想的（ ）。
A)储集层
B)生油层
C)盖层
D)储油层
答案:C
解析:

35.[单选题][T]BC002 4 1 3
容量瓶洗涤时，有明显油污，应用（ ）冲洗。
A)自来水
B)铬酸洗液
C)洗衣粉
D)去污粉
答案:B
解析:

36.[单选题][T]AA001 4 1 5
在自然界中分布很广，如碳酸盐、煤、石油等的是（ ）元素，同时也是有机化合物的主要组成元素。
A)碱
B)氮
C)卤素
D)碳
答案:D
解析:

37.[单选题][T]AA020 4 1 5
苯酚在水中的溶解度很小，可以与（ ）反应，生成易溶于水的盐。
A)金属
B)酸式盐
C)酸
D)碱
答案:D
解析:

38.[单选题][T]AC001 4 1 5
在Word中，（ ）下拉列表框不在“字体”命令对话框中。
A)中文字体
B)西文字体
C)字体颜色
D)对齐方式
答案:D
解析:

39.[单选题]分析水质六项,检测镁离子时,所用的指示剂是( )。
A)50g/L铬酸钾指示剂
B)5g/L铬黑T
C)1:10钙试剂
D)10g/L酚酞
答案:B
解析:

40.[单选题][T]AD009 4 1 5
粉尘是指能够较长时间浮游在空气中的（ ）
A)液滴
B)固体微粒
C)烟
D)雾
答案:C

解析:

41.[单选题][T] BA002 4 1 3
选择方法时只有首先考虑（ ）因素,在没有系统误差或系统误差不显著时准确度才能好。
A)准确度
B)灵敏度
C)分析空白
D)精密度
答案:D
解析:

42.[单选题]按照备检样要求,须保留当天样品( )小时。
A)12
B)24
C)48
D)36
答案:B
解析:

43.[单选题]聚合物配制站和聚合物注入站分析储罐聚合物粘度时,转子选择号( )号。
A)0
B)61
C)62
D)63
答案:A
解析:

44.[单选题]采用滴定法检测表面活性剂活性物含量滴定终点为()。
A)浅灰色
B)浅蓝色
C)浅黄色
D)无色
答案:A
解析:

45.[单选题][T]BA008 4 1 1
加载后天平显示“H”，可能的故障是（ ）。
A)室温过高或传感器损坏
B)加载过重
C)秤盘没放好或下面有异物
D)硬件故障
答案:B
解析:

46.[单选题][T]AB005 4 1 1
断裂构造又分为（ ）两类。
A)褶皱和断层
B)裂缝和断层
C)断层和断裂
D)褶皱和裂缝
答案:B

解析:

47.[单选题][T]AB009 4 1 5
在扩大波及体积方面，聚合物驱油的机理主要表现为（ ）。
A)绕流作用
B)吸附作用
C)粘滞作用
D)捕集作用
答案:A
解析:

48.[单选题]浓硫酸属于( )。
A)爆炸品
B)腐蚀品
C)易燃液体
D)毒害品
答案:B
解析:

49.[单选题][T] AD005 4 1 5
处理含铅、镉废液时，用（ ）将pH调至8～10，生成 Pb(OH)2和Ca(OH)2沉淀，加入硫酸亚铁作为共沉淀剂。
A)氯化钠
B)消石灰
C)氯化镁
D)氢氧化钠
答案:B
解析:

50.[单选题][T]BD010 4 1 1
预热分光光度计和不测定时,将比色皿暗箱盖（ ）。
A)预热时打开,不测定时关闭
B)预热时关闭,不测定时关闭
C)都关闭
D)都打开
答案:D
解析:

51.[单选题][T] BE010 4 1 1
测定原油运动粘度时，如果恒温浴采用液体为（ ）,测定温度可选择20～50℃。
A)矿物油
B)蒸馏水
C)甘油
D)液体石蜡
答案:B
解析:

52.[单选题][T]AB012 4 1 3
控制储量是作为进一步钻探、编制中期和长期开发规划的 ( )。
A)保障
B)前提
C)基础

D)依据
答案:D
解析:

53.[单选题]质量分数为37%的浓盐酸是( )的液体。
A)白色
B)淡黄色
C)无色
D)黄色
答案:C
解析:

54.[单选题]注入井粘度稳定性样品封样前必须检测其(),其符合方案要求才能封样。
A)粘度
B)浓度
C)表活剂浓度
D)pH值
答案:A
解析:

55.[单选题][T] BD024 4 1 1
氢气发生器的电解池中电解液在电场作用下，阳极产生出（ ）。
A)氦气
B)氮气
C)氧气
D)氢气
答案:C
解析:

56.[单选题][T]AB005 4 1 5
组成褶皱构造的最基本单位是（ ）。
A)褶皱
B)弯曲
C)褶曲
D)曲面
答案:C
解析:

57.[单选题][T]BD005 4 1 3
采用工作曲线法测定时，先作浓度-吸光度曲线，若被测物质对光的吸收符合光的吸收定律，就会得到一条经过原点的（ ），即标准曲线。
A)正弦形曲线
B)弧线
C)直线
D)弯曲线
答案:C
解析:

58.[单选题][T]AC006 4 1 3
退出Excel应用程序时，可点击文件菜单的( )命令。
A)权限

B)另存为
C)退出
D)新建
答案:C
解析:

59.[单选题]扑灭液体着火最有效的工具是( )。
A)泡沫灭火机
B)1211灭火机
C)二氧化碳灭火机
D)干粉灭火机
答案:B
解析:

60.[单选题][T] AD003 4 1 5
严禁在室内存放大于（ ）L的瓶装易燃液体。
A)10
B)20
C)5
D)15
答案:B
解析:

61.[单选题][T] BE011 4 1 3
已知原油粘度计常数为0.3515mm2/s2，原油密度为900 kg/m3，在50℃条件下，测得油样的平均流动时间为150秒，则该油样在50℃条件的运动粘度为（ ）。
A)47430mm2/s2
B)4743mm2/s2
C)5.27mm2/s2
D)52.7mm2/s2
答案:D
解析:

62.[单选题][T]AA018 4 1 5
汞及其化合物、（ ）、砷及其无机化合物、氰化物等都属于职业性接触毒物I级（极度危害）的化学物质。
A)苯
B)甲苯
C)苯酚
D)硝基苯
答案:A
解析:

63.[单选题]天平的感量表示天平的( )。
A)不等臂性
B)示值变动性
C)分度值
D)灵敏度
答案:D
解析:

64.[单选题][T]AB001 4 1 1

开发原油含蜡量高、析蜡温度高的油藏，必须注意保持油层温度，防止发生由于温度（ ）使油层内部结蜡的现象。
A)降低
B)升高
C)不规则
D)变化快
答案:A
解析:

65.[单选题][T]AB010 4 1 3
渗透性的好坏可用（ ）来表示。
A)孔隙度
B)渗透率
C)孔隙体积
D)波及体积
答案:B
解析:

66.[单选题][T]BD001 4 1 5
分光光度计单色器不包括（ ）。
A)入射狭缝
B)准光镜
C)波长凸轮
D)色散器
答案:C
解析:

67.[单选题][T]AD010 4 1 5
为了有效地防止工作中的噪声危害，《工业企业噪声卫生标准》规定新企业作业环境的噪声不得超过（ ）dB。
A)80
B)85
C)90
D)95
答案:D
解析:

68.[单选题]复合驱油体系油水界面张力检测方法执行()标准。
A)Q/SY DQ1278-2009
B)Q/SY DQ1278-2010
C)Q/SY DQ1278-2011
D)Q/SY DQ1278-2012
答案:A
解析:

69.[单选题][T] BB016 4 1 3
滴定分析中，滴定误差的大小取决于滴定反应完全程度和（ ）恰当与否。
A)标准溶液的用量
B)被测组分的性质
C)被测组分的含量
D)指示剂的选择
答案:D
解析:

70.[单选题]做含水分析用的原油,取样时用取样桶取( )桶即可。
A)1/5
B)1/3
C)2/3
D)1/4
答案:C
解析:

71.[单选题][T]BC014 4 1 1
进行蒸馏时，加热方法可以根据沸点高低来选择。沸点在180℃以上者，应（ ）。
A)用电热水浴锅加热
B)将烧瓶放于石棉网上直接用电炉加热
C)用油浴加热
D)用砂浴加热
答案:D
解析:

72.[单选题][T]AA009 4 1 3
铬酸洗液失效的标志是其颜色由棕红色完全变成（ ）。
A)暗红色
B)暗绿色
C)紫色
D)蓝色
答案:B
解析:

73.[单选题][T]BC001 4 1 1
容量瓶试漏时，需要用（ ）。
A)蒸馏水
B)去离子水
C)自来水
D)超纯水
答案:C
解析:

74.[单选题][T] BB006 4 1 5
根据使被测成分与试样中其它成分分离的不同途径，重量分析法分（ ）和电解法。
A)酸碱滴定法
B)络合滴定法
C)滴定法、气化法
D)沉淀称量法、气化法
答案:D
解析:

75.[单选题][T] BB008 4 1 3
作为基准物质，要求物质的组成（ ）。
A)比较简单
B)比较繁杂
C)与化学式相符
D)是同种元素组成的

答案:C
解析:

76.[单选题][T]BD019 4 1 1
色谱柱的老化温度为（ ）。
A)室温
B)低于使用柱温
C)使用柱温
D)高于操作温度20～30℃
答案:D
解析:

77.[单选题][T]AB002 4 1 3
单位油田面积上的井数叫做（ ）。
A)井网密度
B)井网分布
C)单位井数
D)极限井数
答案:A
解析:

78.[单选题]注入站单井静态混合器出口取样执行()取样方法。
A)低压
B)高压
C)厌氧
D)随机
答案:B
解析:

79.[单选题][T]BD001 4 1 1
可见分光光度计的光源是（ ）。
A)钨灯
B)氘灯
C)汞灯
D)钠灯
答案:A
解析:

80.[单选题]根据GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》,化学危险品分为( )类。
A)7
B)8
C)9
D)10
答案:B
解析:

81.[单选题][T]AC003 4 1 3
在Word中，调整页边距的方法是通过（ ）对话框。
A)页面设置
B)调整宽度
C)段落对话框

D)字体对话框
答案:A
解析:

82.[单选题][T] AD008 4 1 1
在瓶装气体中，（ ）是易燃气体。
A)氧气
B)氮气
C)乙炔
D)二氧化碳
答案:C
解析:

83.[单选题][T]AA007 4 1 3
卤素是典型的（ ）元素，它们的单质都是强氧化剂，都能与金属直接化合生成典型的盐类。
A)金属
B)非金属
C)氧族
D)碳族
答案:B
解析:

84.[单选题][T] BA003 4 1 3
由测定过程中恒定因素造成的，并且出现的大小和方向基本一样的误差叫（ ）误差。
A)系统
B)随机
C)过失
D)偶然
答案:A
解析:

85.[单选题][T]AA002 4 1 3
无色、无味的气体，难溶于水，有剧毒，空气中含量为0.006%时，人就会中毒，含量达0.15%时能使人死亡的是（ ）气体。
A)一氧化碳
B)二氧化碳
C)碳酸
D)碳酸钠
答案:A
解析:

86.[单选题]检测表面活性剂活性物含量时,采用()方法。
A)沉淀滴定法
B)氧化还原滴定法
C)反滴定法
D)两相滴定法
答案:D
解析:

87.[单选题][T]AC011 4 1 3
PowerPoint中拼写检查错误的快捷键是（ ）。

A)F5
B)F6
C)F7
D)F8
答案:C
解析:

88.[单选题][T]AA003 4 1 5
氧族元素位于元素周期表的第VIA族，包括氧、硫、硒、碲、钋五种元素，其中（ ）为放射性元素。
A)钋
B)硒
C)碲
D)硫
答案:A
解析:

89.[单选题][T] BB007 4 1 5
4g氧气可与（ ）g氢气完全反应。
A)0.5
B)1
C)24
D)4
答案:A
解析:

90.[单选题]用移液管吸取溶液时,应用( )捏住移液管的上端。
A)拇指和无名指
B)拇指和中指
C)左手的拇指和食指
D)右手的拇指和食指
答案:B
解析:

91.[单选题][T]AC015 4 1 3
计算机的( )包括特殊的计算机、专门的外部设备。
A)软件共享
B)数据共享
C)硬件共享
D)技术共享
答案:C
解析:

92.[单选题][T]AB007 4 1 5
流度比是指（ ）的比值。
A)油田注入水地下体积与采出液地下体积
B)驱替液的流度与被驱替液的流度
C)水相的相对渗透率与其粘度的比值
D)有效渗透率与绝对渗透率
答案:B
解析:

93.[单选题][T]AA003 4 1 1
硫俗称硫黄，是（ ）色晶体，质脆。
A)白
B)褐
C)淡绿
D)淡黄
答案:D
解析:

94.[单选题][T]AA003 4 1 3
硫的化学性质较活泼，和氧相似，具有氧化性，同时还表现出（ ）。
A)络合性
B)还原性
C)稳定性
D)碱性
答案:B
解析:

95.[单选题][T]AC004 4 1 1
在Word中，页眉页脚工具栏中不包含（ ）命令。
A)插入日期
B)插入时间
C)符号
D)插入自动图文集
答案:C
解析:

96.[单选题][T]BC004 4 1 3
急于使用容量瓶时，可用（ ）荡洗后晾干。
A)汽油
B)石油醚
C)乙醇
D)二氯甲烷
答案:C
解析:

97.[单选题][T]BD019 4 1 5
毛细管柱老化升温速率为（ ）℃/min。
A)1～2
B)2～4
C)1～3
D)2～5
答案:A
解析:

98.[单选题][T]AC009 4 1 3
在Excel工作表中，可以一步创建一个默认柱形图。操作步骤是：在工作表中选定绘制图表的单元格区域，然后按（ ）即可完成简单图表的创建。
A)F1键
B)F4键
C)F9键

D)F11键
答案:D
解析:

99.[单选题]聚合物配制站和聚合物注入站分析储罐聚合物粘度时,粘度计水浴温度为( )。
A)35℃
B)40℃
C)45℃
D)50℃
答案:C
解析:

100.[单选题][T]BD009 4 1 5
因玻璃能吸收（ ），因此，在该光区进行测定时，应选用石英比色皿。
A)可见光
B)红外光
C)远红外光
D)紫外光
答案:D
解析:

101.[单选题][T] BB010 4 1 5
对于晶形沉淀和非晶形沉淀（ ）陈化。
A)都需要
B)前者不要后者要
C)都不需要
D)前者需要后者不要
答案:D
解析:

102.[单选题][T] BD017 4 1 5
色谱图中,两个色谱峰间距离愈大,色谱柱对各组分的（ ）。
A)选择性较差
B)选择性较好
C)选择性极差
D)没有选择性
答案:B
解析:

103.[单选题][T]BD021 4 1 3
绘制污水含油标准工作曲线时，取适量污水，用有机溶剂抽取其中油分并收集到三角瓶中，加（ ）静置2h。
A)氯化钠
B)无水硫酸钠
C)碳酸钠
D)氢氧化钠
答案:B
解析:

104.[单选题][T]AA002 4 1 1
一氧化碳可燃烧生成（ ），故可作气体燃料。
A)一氧化碳

B)二氧化碳
C)碳酸
D)碳酸钠
答案:B
解析:

105.[单选题][T] BB009 4 1 3
属于晶形沉淀的是（ ）。
A)Al(OH)3
B)AgCl
C)BaSO4
D)Fe2O3·n H2O
答案:C
解析:

106.[单选题][T]AA016 4 1 3
在常温下，乙烯与溴水中的溴加成，生成无色的1,2-二溴乙烷，溴水的红棕色（ ），利用这个反应可能鉴别乙烯。
A)变紫色
B)变蓝色
C)变深
D)消失
答案:D
解析:

107.[单选题]化验室内温度控制在( )。
A)17℃~30℃
B)0℃以下
C)30℃以上
D)10℃-20℃
答案:A
解析:

108.[单选题][T]AA011 4 1 5
大多数有机物分子里的碳原子是以（ ）与其它原子相结合的。
A)四个共价键
B)两个共价键
C)离子键
D)非极性键
答案:A
解析:

109.[单选题][T] BB014 4 1 5
沉淀称量法测定SO42-时，洗涤BaSO4沉淀应采用（ ）。
A)10%HCl
B)2% Na2SO4
C)11% NaOH
D)蒸馏水
答案:D
解析:

110.[单选题][T]BA012 4 1 3

影响分析天平变动性的因素较多，但主要来源于某些偶然因素，其中大多数是由于（ ）而引起的，如刀口（弹簧片）受损等。
A)读数误差
B)天平精度
C)环境因素
D)违反天平的使用规则
答案:D
解析:


111.[单选题][T]BA010 4 1 3
天平要定期进行检测,最多不超过（ ）。
A)1年
B)2年
C)6个月
D)3个月
答案:A
解析:

112.[单选题][T] AD006 4 1 5
含砷、锑等离子的废液可通过（ ）来进行净化。
A)三氯甲烷
B)控制酸度，使其生成硫化物沉淀
C)加入过量氯化钙和氢氧化钠
D)土坑淹埋
答案:B
解析:

113.[单选题]在稀释浓硫酸时,一定要把( ),并不断搅动。
A)浓硫酸沿器壁快速注入水里
B)浓硫酸沿器壁慢慢注入水里
C)水沿器壁快速注入浓硫酸里
D)水沿器壁慢慢注入浓硫酸里
答案:B
解析:

114.[单选题][T]BD025 4 1 5
“真空”是指压力小于（ ）的气态空间。
A)1.013MPa
B)1.013KPa
C)101.3MPa
D)101.3KPa
答案:D
解析:

115.[单选题][TW]AA017 4 1 3
具有“



”官能团的化合物属（ ）。
A)醛类

B)芳烃
C)烯烃
D)烷烃
答案:C
解析:

116.[单选题][T]AD001 4 1 5
化验室使用的石油醚爆炸极限是（ ）。
A)1.1%～5.9%
B)6%～10%
C)7%～12%
D)8%～15%
答案:A
解析:

117.[单选题]检测表面活性剂活性物含量时,称取海明0.8962g于500mL的容量瓶内,加蒸馏水稀释至500mL。所配溶液的浓度为()。
A)0.4mol/L
B)0.04mol/L
C)0.004mol/L
D)0.0004mol/L
答案:C
解析:

118.[单选题][T]AB011 4 1 5
以喉道细小和孔隙细小为特征的岩石，一般孔隙度低、渗透率( )。
A)低
B)高
C)较低
D)不变
答案:A
解析:

119.[单选题]滴定法检测表面活性剂活性物含量时,依次加入试剂,以下顺序正确的是()。
A)蒸馏水-硫酸-样品-指示剂-二氯甲烷
B)硫酸-蒸馏水-样品-指示剂-二氯甲烷
C)样品-蒸馏水-硫酸-指示剂-二氯甲烷
D)二氯甲烷-蒸馏水-硫酸-样品-指示剂
答案:A
解析:

120.[单选题]对于易吸水、易氧化或易与二氧化碳反应的物质适于用( )称样。
A)固定法
B)减量法
C)增量法
D)安瓿法
答案:B
解析:

121.[单选题]配制三元体系标准样品时,化学试剂加入顺序()。
A)表活剂-聚合物-污水-碱

B)聚合物-表活剂-污水-碱
C)污水-表活剂-聚合物-碱
D)碱-表活剂-聚合物-污水
答案:A
解析:

122.[单选题]从石油磺酸盐表面活性剂罐车中取样,此石油磺酸盐表面活性剂原液浓度应为()。
A)38%
B)40%
C)45%
D)50%
答案:B
解析:

123.[单选题][T]AC007 4 1 3
在Excel中，调整行高时，可使用鼠标拖动方式，也可以选择（ ）菜单“行”命令中的“行高”子命令。
A)文件
B)编辑
C)格式
D)数据
答案:C
解析:

124.[单选题][T]AB004 4 1 1
油、气、水在储油构造中的上下顺序是（ ）。
A)顶部是天然气，中间是石油，下面是水
B)顶部是石油，中间是水，下面是天然气
C)顶部是天然气，中间是水，下面是石油
D)顺序不定
答案:A
解析:

125.[单选题][T] BB015 4 1 3
灼烧恒重的标准是：前后两次称量结果之差不大于（ ），即可已达到质量恒定，否则还需再灼烧，直至质量恒定为止。
A)0.2mg
B)2mg
C)2g
D)0.4mg
答案:A
解析:

126.[单选题][T]BB020 4 1 3
在碱标准溶液滴定酸的过程中,通常用（ ）电极作指示电极。
A)玻璃
B)甘汞
C)石墨
D)银
答案:A
解析:

127.[单选题][T]AA001 4 1 3
是深灰色不透明的同时有金属光泽的固体，能导电，可作电极、润滑剂的是（ ）。
A)金刚石
B)石墨
C)硅酸钠
D)活性炭
答案:B
解析:

128.[单选题][T] BA004 4 1 1
可以避免的误差是（ ）误差。
A)过失
B)随机
C)偶然
D)不可测
答案:A
解析:

129.[单选题][T]AC011 4 1 3
放映幻灯片时，可以用画笔在屏幕上增加注解，而擦除注解的快捷键是（ ）。
A)A
B)B
C)D
D)E
答案:B
解析:

130.[单选题][T] BD001 4 1 3
碘钨灯的使用波长范围是（ ）nm。
A)320～2500
B)320～1000
C)500～1500
D)800～2000
答案:A
解析:

131.[单选题][T]AC002 4 1 3
在Word段落的对齐方式中，（ ）对齐方式能使段落中的每一行(包括段落结束行)都能与左右边缩进对齐。
A)左
B)两端
C)居中
D)分散
答案:D
解析:

132.[单选题][T]BC011 4 1 3
为了使酒精汽化，因此酒精喷灯需要（ ）。
A)加热
B)冷却
C)冷冻
D)预热

答案:D
解析:

133.[单选题][T] BB001 4 1 3
用于直接配制法配制标准溶液的基准试剂，应满足的条件是（ ）。
A)试剂组成中不含有结晶水
B)试剂在水溶液中可以发生反应
C)试剂的实际组成与化学式完全符合
D)试剂不溶于水
答案:C
解析:

134.[单选题][T]BD008 4 1 3
钨丝加热到白炽时，将发生波长约为（ ）nm的连续光谱。
A)320～2500
B)200～375
C)180～1000
D)200～625
答案:A
解析:

135.[单选题][T]AA011 4 1 3
甲醇、乙酸属于有机物中的（ ）。
A)含氮化合物
B)糖类
C)烃的衍生物
D)烃类
答案:C
解析:

136.[单选题][T] BE003 4 1 3
用密度计法测定原油密度前，把样品加热到能充分地流动，但温度不能高到引起轻组分损失，或低到样品中的（ ）析出。
A)水
B)柴油
C)甲烷
D)蜡
答案:D
解析:

137.[单选题][T]BB009 4 1 1
沉淀称量法的原理是将欲测定组份沉淀为一种有一定组成的（ ）化合物，然后经过试样的溶解,沉淀,烘干称量等一系列步骤来完成测定的。
A)难溶性
B)易溶性
C)微溶性
D)可溶性
答案:A
解析:

138.[单选题][T] BA006 4 1 3

偏差表示个别测量值与（ ）之间的差。
A)最高值
B)n次测量平均值
C)最低值
D)任意值
答案:B
解析:

139.[单选题][T] BB013 4 1 5
沉淀称量法测定SO42-时，选用（ ）滤纸。
A)中速定量
B)快速定量
C)慢速定量
D)快速定性
答案:C
解析:

140.[单选题]( )受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气,具有腐蚀性。
A)硝酸
B)次氯酸钠
C)氯化钡
D)氢氧化钠
答案:B
解析:

141.[单选题][T]AB001 4 1 1
编制开发方案时，应将( )同时考虑，必须保持油气区压力平衡，防止油气互窜造成储量损失。
A)油水
B)注水
C)油气
D)水驱
答案:C
解析:

142.[单选题]分析水质六项,检测氯离子时,PH值需调到( )范围内,再加指示剂,用标准溶液滴定。
A)6.0~8.5
B)小于6
C)大于8.5
D)大于9
答案:A
解析:

143.[单选题][T] BA007 4 1 5
对于某种测量，精密度高的测量结果准确度不一定高，可能是（ ）较大。
A)偏差
B)系统误差
C)随机误差
D)错误
答案:B
解析:

144.[单选题][T]BD007 4 1 1
分光光度计的主要部件不包括（ ）。
A)光源
B)单色器
C)分流器
D)检测器
答案:C
解析:

145.[单选题][T]BE005 4 1 5
根据测得的（ ），由《石油密度计量换算表》中表I查得试样的20℃密度。
A)体积和密度
B)体积和视密度
C)温度和视密度
D)温度和体积
答案:C
解析:

146.[单选题][T]AB010 4 1 5
在岩石孔隙中同时有两相以上的流体时，岩石孔隙只允许某一相通过的渗透率称为某相的（ ）。
A)有效渗透率
B)相对渗透率
C)绝对渗透率
D)最小渗透率
答案:A
解析:

147.[单选题][T]AC001 4 1 1
在Word中，把选中的文字位置提升使用（ ）进行字符位置设置。
A)“字体”对话框中的“字符间距”选项卡
B)“字体”对话框中的“字体”选项卡
C)“字体”对话框中的“文字效果”选项卡
D)首字下沉对话框
答案:A
解析:

148.[单选题][T]BC005 4 1 3
用吸量管吸取溶液时，应将吸量管管尖插入液面下（ ）cm。
A)0～0.5
B)1～2
C)2～3
D)1～3
答案:B
解析:

149.[单选题][T] BB018 4 1 1
强碱滴定强酸时，在化学计量点时溶液呈（ ）。
A)中性
B)碱性
C)强碱性
D)酸性

答案:A
解析:

150.[单选题][T]BC010 4 1 5
滴定管读数时，不允许的操作是（ ）。
A)每次读数前检查一下管壁挂水珠情况
B)读数时滴定管保持竖直
C)读到小数点后一位或保留整数
D)取初读数前，将管尖悬挂着的溶液除去
答案:C
解析:

151.[单选题][T]BA011 4 1 1
“万分之一”天平的感量是（ ）。
A)1 mg/分度
B)0.1 mg/分度
C)1分度/mg
D)0.1分度/mg
答案:B
解析:

152.[单选题]界面张力仪标定前,标准丝管内应注入()。
A)酒精
B)1000mg/L的中分聚合物溶液
C)蒸馏水
D)石油醚
答案:C
解析:

153.[单选题][T]AC005 4 1 3
在Excel中，执行“编辑”菜单中的“查找”命令后，弹出对话框，对话框的标题名称是（ ）。
A)查找
B)替换
C)定位
D)查找和替换
答案:D
解析:

154.[单选题]重铬酸钾洗液呈( )时表明洗液已失效。
A)暗红色
B)紫色
C)黑绿色
D)黄色
答案:C
解析:

155.[单选题]岗位配制使用的试剂、蒸馏水有效期为( )
A)一年
B)半年
C)一个月
D)一周

答案:C
解析:

156.[单选题][T]BC014 4 1 3
属于一般蒸馏装置的附属部件的有（ ）。
A)冷凝管和连接管
B)温度计和接收器
C)蒸馏烧瓶和加热源
D)冷凝管和接收器
答案:B
解析:

157.[单选题][T]AC015 4 1 3
计算机的( )包括网内的各种语言处理程序、服务程序、和应用程序等。
A)软件共享
B)数据共享
C)硬件共享
D)技术共享
答案:A
解析:

158.[单选题]粘度计转子未使用时,须保存在( )。
A)粘度计上
B)专用保护盒内
C)操作台上
D)随处放
答案:B
解析:

159.[单选题]具有可燃性的气体是( )。
A)NO2
B)N2
C)H2
D)NH3
答案:C
解析:

160.[单选题][T]BA009 4 1 1
天平开机显示“H”或“L”，加载显示无变化的处理方法（ ）。
A)送修
B)检查秤盘下有无异物或调整气流罩的位置
C)用正确的砝码重新校准并在量程范围内称量
D)将天平移至温度为20℃±5℃环境或更换传感器
答案:D
解析:

161.[单选题]测量值与真实值之间的差值叫做( )。
A)绝对误差
B)偏差
C)系统误差
D)相对误差

答案:A
解析:

162.[单选题][T]AC004 4 1 3
为Word部分文档创建不同的页眉或页脚，这篇文档必须有（ ）。
A)人工插入分页符
B)插入批注
C)插入页码
D)分节符
答案:D
解析:

163.[单选题][T] BE011 4 1 5
已知原油粘度计常数为0.3515mm2/s2，原油密度为900 kg/m3，在50℃条件下，测得油样的平均流动时间为150秒，则该油样在50℃条件的动力粘度为（ ）。
A)47430mm2/s2
B)4743mm2/s2
C)5.27mm2/s2
D)52.7mm2/s2
答案:A
解析:

164.[单选题][T]AD004 4 1 3
在实验室中，皮肤溅上浓碱液时，在用大量水冲洗后继而应用（ ）处理。
A)2%硼酸溶液
B)5%小苏打溶液
C)2% HNO3溶液
D)1% KMnO4溶液
答案:A
解析:

165.[单选题][T]BE001 4 1 1
密度计上的刻度是以液体温度为（ ）℃时标定的。
A)10
B)20
C)30
D)40
答案:B
解析:

166.[单选题][T]AA001 4 1 2
纯净的（ ）是无色透明的晶体，是自然界中最硬的物质。。
A)金刚石
B)硅酸钠
C)碳酸钙
D)碳酸钠
答案:A
解析:

167.[单选题][T] BD004 4 1 3
有机化合物的摩尔吸光系数是衡量显色反应（ ）的重要标志。

A)灵敏度
B)选择性
C)稳定性
D)准确度
答案:A
解析:

168.[单选题][T]AA005 4 1 1
氨是无色、具有（ ）气味的气体，比空气轻。
A)芳香
B)鱼腥
C)强烈刺激性
D)浓烈酸
答案:C
解析:

169.[单选题][T] BD006 4 1 3
在示差分光光度法中，所用参比溶液（ ）越接近被测溶液，测定误差越小。
A)密度
B)浓度
C)体积
D)吸光值
答案:B
解析:

170.[单选题][T]BC006 4 1 5
酸式滴定管装入蒸馏水试漏操作中,须直立滴定管（ ）min。
A)2
B)1
C)3
D)5
答案:A
解析:

171.[单选题][T]BC012 4 1 5
喷灯的“文火”通常火焰温度是（ ）℃。
A)500
B)600
C)800
D)1000[T/]
答案:B
解析:

172.[单选题][T]AC002 4 1 5
Word在默认状态下，段落中行与行之间的距离为（ ）倍行距。
A)1
B)1.5
C)0
D)2
答案:A
解析:

173.[单选题]含聚废液的处理方法是( )。
A)直接排放
B)暂时储存
C)打回污油站
D)稀释后打回流程
答案:D
解析:

174.[单选题][T] BB012 4 1 3
在重量分析中，过滤沉淀时，漏斗中的液面不要超过滤纸高度的（ ）。
A)1/3
B)2/3
C)3/4
D)上沿
答案:B
解析:

175.[单选题][T]AD010 4 1 3
噪声除了经过外耳道传入听觉器官外，特别强的噪声还可通过颅骨传导对内耳造成损伤。在这种情况下使用（ ）效果较好。
A)耳塞
B)耳罩
C)防噪声头盔
D)防声棉
答案:B
解析:

176.[单选题][T]BD025 4 1 3
化验室内常用的真空泵是油封机械真空泵，真空度一般为（ ）kPa。
A)101～1
B)-101～1
C)0
D)-101～+101
答案:A
解析:

177.[单选题][T]BA011 4 1 1
天平的灵敏度是指在天平任一盘上增加（ ）mg的砝码，天平指针偏转的程度。
A)1
B)2
C)3
D)10
答案:A
解析:

178.[单选题][T]AC008 4 1 5
在Excel中，在插入单元格时会出现“插入”对话框，其中包含活动单元格右移、（ ）、整行、整列。
A)下方单元格上移
B)活动单元格下移
C)左侧单元格右移

D)右侧单元格左移
答案:B
解析:

179.[单选题][T]AC015 4 1 1
计算机网络的核心用途就是( )。
A)数字传输
B)文字处理
C)信息处理
D)资源共享
答案:D
解析:

180.[单选题][T]BC001 4 1 5
容量瓶试漏时，将容量瓶倒立（ ）min。
A)1
B)2
C)5
D)10
答案:B
解析:

181.[单选题]检测界面张力时,界面张力仪的恒温系统,温度控制在()。
A)40±0.2℃
B)45±0.2℃
C)50±0.2℃
D)55±0.2℃
答案:B
解析:

182.[单选题][T] BD017 4 1 5
色谱峰的宽窄与色谱柱柱效率的关系是（ ）。
A)峰形愈窄柱效愈高
B)峰形愈窄柱效愈低
C)峰形愈宽柱效愈高
D)峰形宽窄不影响柱效
答案:A
解析:

183.[单选题][T] BD003 4 1 3
增加比色皿的厚度，吸光度值（ ）。
A)增加
B)减少
C)不变
D)呈指数关系变化
答案:A
解析:

184.[单选题][T]AC003 4 1 5
在Word中，若要改变打印时的纸张大小，使用页面设置对话框中的（ ）选项卡进行设置。
A)页边距

B)纸张
C)版式
D)文档网格
答案:B
解析:

185.[单选题][T]AA016 4 1 5
利用紫红色高锰酸钾溶液在反应中迅速脱色的现象可以检验（ ）的存在。
A)甲烷
B)乙烯
C)丁烷
D)乙炔
答案:B
解析:

186.[单选题][T] BD024 4 1 5
氢气发生器的主要部件不包括（ ）。
A)电解池
B)电源系统
C)自动控制系统
D)吸收池
答案:D
解析:

187.[单选题][T]AA016 4 1 5
在一定条件下，乙烯可以自身加成生成分子量很大的聚乙烯，这种由相对分子质量小的化合物分子互相结合生成相对分子质量很大的化合物的反应，称为（ ）。
A)加成反应
B)化合反应
C)聚合反应
D)集合反应
答案:A
解析:

188.[单选题][T]AD010 4 1 1
一般认为，引起听力损失的噪声大于（ ）dB。在噪声超标的志场地，就要佩戴护耳器。
A)80
B)90
C)100
D)110
答案:C
解析:

189.[单选题][T] BB018 4 1 3
强碱滴定弱酸过程中，当达到化学计量点后，溶液pH值主要取决于（ ）的过量程度。
A)弱碱
B)强碱
C)强酸
D)弱酸
答案:B
解析:

190.[单选题][T]AA006 4 1 5
硝酸盐受热易分解放出（ ）。
A)氢气
B)氧气
C)氮气
D)一氧化氮
答案:B
解析:

191.[单选题][T]AA010 4 1 5
水溶液中，MnO4－显（ ）。
A)绿色
B)橙红色
C)紫色
D)蓝色
答案:C
解析:

192.[单选题][T] BB007 4 1 1
铝能与稀硫酸起反应生成氢气和硫酸铝（铝是+3价），正确的化学方程式是（ ）。
A)Al+H2SO4=AlSO4+H2
B)2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2
C)Al+3H2SO4=Al(SO4)3+3H2
D)3Al+H2SO4=Al2SO4+3H2
答案:B
解析:

193.[单选题][T]BC002 4 1 5
容量瓶洗涤时，没有明显油污先用（ ）冲洗。
A)自来水
B)肥皂水
C)洗衣粉
D)铬酸洗液
答案:A
解析:

194.[单选题][T]BD018 4 1 5
气相色谱中，一般情况下，毛细管柱的柱效比填充柱的柱效（ ）。
A)低
B)高
C)一样
D)不确定
答案:B
解析:

195.[单选题]化验室灭火器应该摆放在( )。
A)门后
B)门口
C)化验室空柜内
D)随意摆放

答案:B
解析:

196.[单选题][T]BD014 4 1 1
固定相可以分为固体固定相、液体固定相和（ ）。
A)气体固定相
B)分子筛固定相
C)玻璃体固定相
D)合成固定相
答案:D
解析:

197.[单选题][T]AB003 4 1 5
在地质学中，同一岩性的盖层，其（ ）对油气聚集愈有利。
A)厚度愈大，分布愈窄
B)厚度愈大，分布愈广
C)厚度愈小，分布愈窄
D)厚度愈小，分布愈广
答案:B
解析:

198.[单选题]以下不属于氢氧化钠危险特性的是( )。
A)可燃性
B)与酸发生中和反应并放热
C)遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气
D)遇水放热,具有强腐蚀性
答案:A
解析:

199.[单选题][T]AC007 4 1 5
在Excel中，每个单元格最多可包含（ ）字符。
A)16 384个
B)32 767个
C)256个
D)3200个
答案:B
解析:

200.[单选题][T] BE003 4 1 5
检查密度计的基准点确定密度计刻度是否处于干管内的正确位置，如果刻度已移动，应（ ）这支密度计。
A)废弃
B)调整
C)标定
D)维修
答案:A
解析:

201.[单选题][T] BD023 4 1 3
制备层析柱用硅胶烘干后在（ ）℃电热干燥箱中活化8h,冷却后备用。
A)100～120
B)120～140

C)140～150
D)200～220
答案:C
解析:

202.[单选题][T] BB013 4 1 3
慢速定量滤纸适用于过滤（ ）沉淀。
A)无定形
B)细晶形
C)粗晶形
D)非晶形
答案:B
解析:

203.[单选题][T]BE003 4 1 3
密度计法测定原油密度时，当实际温度高于室温时，应将温度调至（ ）范围内测定。
A)±10℃
B)±5℃
C)±2℃
D)±1℃
答案:C
解析:

204.[单选题][T]AA010 4 1 5
水溶液中，Cu2+显（ ）。
A)蓝色
B)橙红色
C)紫色
D)绿色
答案:A
解析:

205.[单选题][T]AA005 4 1 5
一水合氨能小部分电离为铵离子（NH4+）和（ ）。
A)氮离子
B)氢离子
C)氧离子
D)氢氧根离子
答案:D
解析:

206.[单选题][T]AA020 4 1 3
苯酚工业上主要由异丙苯（ ）法来制取。
A)氧化
B)还原
C)置换
D)取代
答案:A
解析:

207.[单选题][T]AA014 4 1 5

甲烷（CH4）分子中有4个H原子，若去掉一个氢原子，则所剩下的原子团称为（ ）。
A)甲基
B)乙基
C)丙基
D)丁基
答案:A
解析:

208.[单选题]某基层队化验室有5台界面张力仪,应使用()进行标定。
A)同一根标准丝
B)每台界面张力仪单独的标准丝
C)不同宽度的标准丝
D)不同型号的标准丝
答案:A
解析:

209.[单选题][T]AB009 4 1 3
聚合物驱油原理中是要改善水油（ ）。
A)阻力
B)渗透率
C)流度比
D)粘度比
答案:C
解析:

210.[单选题][T]AA003 4 1 1
硫的还原性表现在与比它活泼的非金属的反应上，如硫在氧气中燃烧生成（ ）。
A)硫化氢
B)二氧化碳
C)二氧化硫
D)硫酸
答案:C
解析:

211.[单选题]强酸灼伤皮肤不能用( )冲洗。
A)热水
B)冷水
C)弱碱溶液
D)肥皂水
答案:A
解析:

212.[单选题][T] BE010 4 1 3
测定原油运动粘度过程中，如果装入粘度计中试样存有气泡,测定结果将（ ）。
A)偏高
B)偏低
C)不受影响
D)无法确定
答案:A
解析:

213.[单选题]以下干粉灭火器的操作步骤顺序正确的是( )①将喷嘴对准火焰根部②拉出保险销③按下压把,喷射灭火。
A)①②③
B)②③①
C)②①③
D)①③②
答案:C
解析:

214.[单选题]原油燃烧不能用( )扑灭。
A)干粉灭火器
B)二氧化碳灭火器
C)四氯化碳灭火器
D)泡沫灭火器
答案:D
解析:

215.[单选题][T]BA008 4 1 5
天平开机显示“H”或“L”，加载显示无变化，可能的故障是（ ）。
A)室温过高或传感器损坏
B)加载过重
C)秤盘没放好或下面有异物
D)硬件故障
答案:A
解析:

216.[单选题]由于界面张力仪不水平导致油滴漂移,左右移动摄像头仍无法显示油滴时,应立即()。
A)调整转数
B)将油滴倒控出
C)重新上样
D)记录已显示数据
答案:C
解析:

217.[单选题][T]BD013 4 1 1
气相色谱仪是一个载气连续运行的密闭管路系统，载气从气源出来后，顺次经过( )、压力表、净化器、气流调节阀、转子流量计、气化室、色谱柱、检测器等。
A)减压阀
B)空心阴极灯
C)燃烧器
D)雾化器
答案:A
解析:

218.[单选题]岗位产生的危险化学品废瓶如何处理( )。
A)暂时保存,统一处理
B)放回危险化学品柜内保存
C)刷洗干净,重复利用
D)直接扔掉
答案:A
解析:

219.[单选题][T]AB004 4 1 1
含油边界（ ）就不是含油区了。
A)以内
B)以外
C)以上
D)以下
答案:B
解析:

220.[单选题][T]AA019 4 1 3
醇与（ ）反应，生成醇钠并放出氢气。
A)金属钠
B)氧化钠
C)碳酸钠
D)氢氧化钠
答案:A
解析:

221.[单选题][T]BA012 4 1 5
测定某天平的空盘零点分别为：0.0vmg、+0.1mg，载重后再测其零点分别为-0.1mg、-0.1mg，则其变动性：对于电光天平为（ ）。
A)变动性=P最大+P最小=[0.1+（-0.1）] mg=0mg
B)变动性=P最大×P最小=[0.1×（-0.1）] mg=-0.01 mg
C)变动性=P最大-P最小=[0.1-（-0.1）] mg=0.2 mg
D)变动性=P最大/P最小=[0.1/（-0.1）] mg=-1 mg
答案:C
解析:

222.[单选题]依据《中国石油天然气集团有限公司安全生产管理规定》(中油质安〔2018〕340号),所属企业应当制定重大危险源事故应急预案演练计划,重大危险源专项应急预案( )至少进行一次演练,重大危险源现场处置方案( )至少进行一次演练。
A)每年、每年
B)每半年、每年
C)每年、每半年
D)每半年、每半年
答案:C
解析:

223.[单选题][T] BB008 4 1 5
基准物质的摩尔质量应（ ），从而减少称量误差。
A)较小
B)较大
C)适中
D)无需求
答案:B
解析:

224.[单选题][T]BC010 4 1 3
不能用碱式滴定管盛装的溶液是（ ）。
A)氢氧化钾
B)硝酸银

C)碳酸氢钠
D)氯化钠
答案:B
解析:

225.[单选题][T]AC013 4 1 3
在Excel中，将当前工作簿中的名为“统计”的工作表移动或复制到新工作簿中，则新工作簿中( )。
A)有三张工作表
B)只有一张名为“统计”的工作表
C)只有一张名为“Sheet1”的工作表
D)有三张默认的工作表，再加上一张名为“统计”的工作表
答案:B
解析:

226.[单选题][T] BD006 4 1 1
在选择光度分析的参比溶液时，若试液、试剂、显色剂均无色，则易用（ ）作参比液。
A)蒸馏水
B)加显色剂的试液
C)加掩蔽剂的试液
D)任意试液
答案:A
解析:

227.[单选题][T]BC009 4 1 5
用（ ）碱式滴定管试漏时，装蒸馏水后，直立约（ ）min，观察液面是否下降。
A)1
B)2
C)3
D)5
答案:B
解析:

228.[单选题][T]AC006 4 1 1
在“开始”菜单中，选择（ ）项，然后选择 “Microsoft Office” 程序组下的“Microsoft Office Excel2003”图标可以启动Excel应用程序。
A)运行
B)设置
C)注销
D)程序
答案:D
解析:

229.[单选题][T]AD001 4 1 3
化验室使用的有毒液体有苯、（ ）等。
A)苏打水
B)8%乙醇溶液
C)石油醚
D)60%乙醇溶液
答案:C
解析:

230.[单选题]挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于( )内称量,防止腐蚀天平。
A)称量纸
B)烧杯
C)带盖称量瓶
D)滤纸
答案:C
解析:

231.[单选题][T] BB017 4 1 5
EDTA标准溶液作滴定剂，测定Al3+的含量，可采用（ ）法进行滴定。
A)置换滴定
B)直接滴定
C)间接滴定
D)返滴定
答案:D
解析:

232.[单选题][T] BA007 4 1 3
在实际化验分析工作中，评价分析结果的时候，必须将系统误差和（ ）的影响结合起来考虑，以提高分析结果的准确度。
A)误差
B)偏差
C)系统误差
D)随机误差
答案:D
解析:

233.[单选题][T]BC009 4 1 1
碱式滴定管排气泡时，挤压玻璃球（ ）的橡皮管，使气泡随溶液从出口排出。
A)上边
B)下边
C)左边
D)右边
答案:A
解析:

234.[单选题][T] BA002 4 1 5
方法的灵敏度常用工作曲线的斜率b值来表达，b值（ ），方法的灵敏度越高。
A)越小
B)无变化
C)越大
D)为“0”
答案:C
解析:

235.[单选题]检测某聚合物溶液浓度时,若吸光值超出分光光度计检测范围,则( )
A)认为此样品无法检测
B)重新制作浓度-吸光度标准曲线
C)重新取样重新检测
D)需要稀释重新检测
答案:D

解析:

236.[单选题][T]BE007 4 1 1
测定原油粘度的毛细型管粘度计常数c是以（ ）直接标定或渐进标定所得到的。
A)标准原油
B)汽油
C)蒸馏水
D)自来水
答案:C
解析:

237.[单选题][T]AC014 4 1 1
Internet是指通过网络互连设备把不同的多个网络群体互连起来形成的大网络也称( )。
A)网际网
B)局域网
C)油田广域网
D)油田局域网
答案:A
解析:

238.[单选题]( )是无色液体,有酒香,为中枢神经系统抑制剂,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
A)次氯酸钠
B)石油醚
C)冰乙酸
D)无水乙醇
答案:D
解析:

239.[单选题][T]AB012 4 1 5
探明储量是在油、气田评价 ( )完成或基本完成后计算的储量。
A)勘探阶段
B)开发阶段
C)钻探阶段
D)钻井阶段
答案:C
解析:

240.[单选题][T] BE004 4 1 3
测定透明低粘度液体密度时，将密度计压入液体中约（ ）刻度再放开。
A)五个
B)四个
C)三个
D)两个
答案:D
解析:

241.[单选题][T]AA007 4 1 1
元素周期表中第VIIA族包括氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹(At)五种元素，称为（ ）元素。
A)氧族
B)碳族

C)卤族
D)金属
答案:C
解析:

242.[单选题][T]BC011 4 1 1
酒精喷灯分为悬挂式和（ ）两种。
A)立式
B)卧式
C)灯座式
D)悬垂式
答案:C
解析:

243.[单选题][T] BD016 4 1 5
气相色谱流出曲线图中与横坐标保持平行的直线，叫做（ ）。
A)平行线
B)保留线
C)基线
D)准线
答案:C
解析:

244.[单选题][T]AC009 4 1 5
在Excel中，利用“图表向导”生成嵌入式图表，当单击“完成”按钮后，图表就显示在当前工作表中，此时图表周围有八个控制点，名称框中显示的名称为（ ）。
A)图表类型
B)图表标题
C)图标区
D)绘图区
答案:C
解析:

245.[单选题]界面张力仪应该由谁进行标定()。
A)仪器厂家技术人员
B)中心化验室管理人员
C)日常操作仪器的化验员
D)基层队技术员
答案:C
解析:

246.[单选题][T]BB020 4 1 3
在碱标准溶液滴定酸的过程中,通常用（ ）电极作参比电极。
A)石墨
B)甘汞
C)玻璃
D)银
答案:B
解析:

247.[单选题][T]BD010 4 1 1

单波长分光光度计更换一个波长必须用（ ）进行校准。
A)空白
B)池空白
C)标准样
D)比色管
答案:A
解析:

248.[单选题][T]BC013 4 1 1
使用金器皿时，注意绝不可接触（ ）。
A)盐酸
B)氢氧化钠
C)王水
D)氯化钠 [T/]
答案:C
解析:

249.[单选题][T] BA003 4 1 1
系统误差又称（ ）误差。
A)不可测
B)可测
C)随机
D)过失
答案:B
解析:

250.[单选题][T]BE007 4 1 3
用毛细型管粘度计所测得的时间乘以粘度计常数，即得到该温度下原油样品的（ ）。
A)运动粘度
B)相对粘度
C)绝对粘度
D)动力粘度
答案:A
解析:

251.[单选题][T] AD004 4 1 1
打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶塞时应戴防护用具，并在（ ）操作。
A)无人处
B)避风处
C)窗口或门外
D)通风柜中
答案:D
解析:

252.[单选题][T]AC012 4 1 1
在Excel中，要在某个单元格中输入负3，则输入( )。
A)-3
B)（-3）
C)“-3”
D)0-3
答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005102203330012101