

县级综合医院设备配置标准

WS/T 819—2023

1 范 围

本标准规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则,并根据医院规模提出设备配置的产品目和数量。

本标准适用于不超过 1500 床位规模的县级综合医院。

2 规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 设备 equipment

指直接或间接使用于人体的医用仪器、医疗设备。

3.2 床位规模 the number of beds

以编制床位为准,即由卫生健康部门核准的床位数量。

4 基本原则

4.1 设备配置与人民健康需求相适应

县级综合医院应根据当地服务人口和健康需求，科学编制业务发展规划和设备配置规划。

4.2 设备配置与规模和服务量相适应

县级综合医院应在明确功能定位的基础上，科学合理配置与自身规模和服务量相适应的设备品目及数量。

4.3 设备配置科学合理

县级综合医院设备配置要考虑机构的业务发展、专科建设、科室建设、人才培养等发展需要，要对县级综合医院的服务方向具有支撑作用，要根据医疗业务情况适度配置。除临床科室配备必备专科检查治疗设备外，其他设备原则上均应统一管理使用，提高设备使用率，避免资源浪费。配置大型医用设备的，应按照大型医用设备配置管理有关规定执行。

5 县级综合医院设备品目及数量

5.1 设备要求

具有与临床科室、医技科室、辅助科室功能定位相匹配，能够满足临床诊疗疾病及开展医疗技术等服务需求的设备。

拟筹备建设的科室可参考本标准配置相应设备。

5.2 设备数量

不同规模的县级综合医院临床科室、医技科室、辅助科室万元以上设备配置数量可参照表 1 执行。万元以下设备如输注泵等，县级综合医院根据自身发展需求进行配置。

本标准规定了设备配置数量的最低标准，各县级综合医院可根据规模和服务需求合理配置。

表 1 县级综合医院设备配置标准

单位为台（套）

科室名称	设备品目	设备数量					
		200 床 以下	200-3 99 床	400-5 99 床	600-7 99 床	800-9 99 床	1000-15 00 床
呼吸内科	有创呼吸机	1	1	2	2	3	3
	无创呼吸机	2	2	3	4	4	4
	电子支气管镜	0	1	1	2	2	2
	纤维支气管镜	1	1	1	1	1	2
	胸腔镜	0	0	0	0	0	1
	肺功能测试仪	1	1	1	1	1	1
	高流量呼吸湿化治疗仪	1	1	1	1	1	1
	床旁血气分析仪	1	1	1	1	1	1
	振动排痰机	1	2	2	2	2	3
	便携式彩色超声诊断仪	0	0	0	0	0	1
	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	睡眠监测系统	0	1	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1

	内镜清洗消毒机	0	1	1	1	1	1
内分泌科	胰岛素泵	2	3	4	5	6	8
消化内科	胃肠镜系统	1	1	3	3	3	5
	高频电刀	0	1	2	2	2	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	幽门螺旋杆菌检测仪	1	1	1	1	1	1
	内镜清洗消毒机	1	1	2	2	2	3
心血管内科	多道心电图机	1	1	1	1	1	2
	动态心电图系统	0	1	1	1	1	2
	运动心电测试系统	0	1	1	1	1	1
	动态血压记录仪	0	1	2	3	4	4
	彩色超声诊断系统（心脏）	0	0	0	0	1	1
	临时起搏器	0	0	2	2	2	3
	无创呼吸机	0	0	0	2	2	2
	有创呼吸机	0	0	0	1	1	1
	中央监护系统	0	1	1	1	1	1
	除颤监护仪	1	1	1	3	3	3

神经内科	脑电图机	1	1	1	1	1	2
	肌电图机	0	0	1	1	1	2
	诱发电位仪	0	0	1	1	1	2
	视频脑电监测系统	0	0	1	1	1	2
	超声多普勒血流分析仪	1	1	1	2	2	2
	有创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
肾内科	血液透析设备	8	10	12	15	20	40
	血滤机	1	1	2	2	3	6
	连续性肾脏替代治疗仪	1	1	1	1	1	2
	自动腹膜透析机	0	1	1	1	1	1
	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	血液透析机用水处理设备	1	1	1	1	1	1
血液内科	层流床	0	0	2	3	5	10
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1

普外科							
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	空气压力波治疗仪	1	1	1	1	2	4
	腹腔镜	配置在手术室					
	超声刀系统	配置在手术室					
泌尿外科	膀胱镜	0	0	1	1	2	3
	输尿管镜	0	0	0	1	2	2
	彩色超声诊断系统(泌尿专用)	0	0	0	0	1	1
	尿动力学分析系统	0	0	1	1	1	1
	体外冲击波碎石机	0	0	0	1	1	1
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	前列腺电切内窥镜	配置在手术室					
	腹腔镜	配置在手术室					
	电子支气管镜	0	0	1	1	2	2
	振动排痰机	1	1	1	1	1	2
	无创呼吸机	0	0	1	1	1	2

胸外科	有创呼吸机	0	0	1	1	1	1
-----	-------	---	---	---	---	---	---

	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	胸腔镜	配置在手术室					
骨科	X 射线骨密度仪	0	0	1	1	1	1
	电动气压止血带	0	0	0	1	2	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	关节康复器	1	1	1	1	1	2
	空气压力波治疗仪	1	1	1	1	1	2
	多功能牵引床	4	4	5	5	10	12
	骨科关节镜系统及器械	配置在手术室					
	骨科手术动力系统	配置在手术室					
	高频电刀	配置在手术室					
	移动式 C 形臂 X 射线机	配置在手术室					
神经外科	脑室镜	0	0	0	0	1	1
	床旁血气分析仪	0	0	0	0	1	1
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1

心脏大血管 外科	临时起搏器	0	0	0	1	1	1
	主动脉内球囊反搏泵	0	0	0	1	1	1
	体外循环机	0	0	0	0	1	1
	振动排痰机	0	0	0	1	1	1
	有创呼吸机	0	0	0	1	1	1
	高流量呼吸湿化治疗仪	0	0	0	1	1	1
	多参数监护仪	0	0	0	1	1	1
	除颤仪	0	0	0	1	1	1
皮肤科	激光治疗仪						
妇产科	电子阴道内窥镜	1	1	2	2	2	2
	超声引导可视人流/宫腔诊疗系统	1	1	1	1	1	1
	彩色超声诊断系统 (妇产科专用)	1	1	1	1	1	1
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	超声多普勒胎儿监护仪	1	1	1	1	1	2
	一体化产床	1	1	1	1	1	2
	神经肌肉刺激治疗仪	0	0	0	0	1	1

	婴儿辐射保暖台	1	1	2	2	2	2
	新生儿监护仪	2	2	6	8	8	12
	新生儿听力筛查仪	1	1	1	1	1	2
	新生儿经皮黄疸测定仪	1	1	1	1	1	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	产后康复仪	1	2	4	6	8	12
	空气压力波治疗仪	0	0	0	0	2	4
	母乳成分分析设备	0	0	0	0	1	1
	高频手术设备	配置在手术室					
儿科	有创呼吸机	1	1	1	2	2	2
	无创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	婴儿培养箱	3	4	4	5	6	9
	新生儿保温箱	2	2	2	2	2	3
	婴儿辐射保暖台	2	2	2	2	2	3
	新生儿监护仪	1	1	1	1	1	1
	微量血黄疸测量仪	1	1	2	2	2	2
	新生儿经皮黄疸测定仪	1	1	1	1	1	2

新生儿科重症监护病房 (NICU)	新生儿保温箱	根据 NICU 床位数确定					
	婴儿辐射保暖台	根据 NICU 床位数确定					
	有创呼吸机	根据 NICU 床位数确定					
	无创呼吸机	根据 NICU 床位数确定					
	新生儿监护仪	根据 NICU 床位数确定，每张床 1 台					
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
小儿重症监护病房 (PICU)	婴儿培养箱	2	2	2	2	2	4
	新生儿保温箱	1	1	1	1	1	2
	婴儿辐射保暖台	1	1	1	1	1	2
	有创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	无创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	新生儿监护仪	根据 PICU 床位数确定，每张床 1 台					
眼科	数字眼底造影检查仪	0	0	1	1	1	1
	手持式裂隙灯显微镜	0	1	1	2	2	2
	眼科光学相干断层扫描仪	0	0	1	1	1	1
	眼科 AB 型超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	视野计	1	1	1	2	2	2

	超声乳化手术仪	0	1	1	2	2	2
	眼底照相机	1	1	1	1	1	1
	眼前节照相系统	0	1	1	1	1	1
	电脑验光仪	1	1	1	1	1	1
	非接触式眼压计	1	1	2	2	2	3
	双目间接眼底镜	1	1	1	1	1	2
	裂隙灯	1	2	2	3	4	6
	角膜测厚仪	0	1	1	1	1	1
口腔科	牙科 X 射线机	1	1	1	1	1	1
	口腔全景 X 射线机	0	1	1	1	1	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	0	0	0	0	1	1
	口腔综合治疗台	5	6	6	8	10	10
	根管治疗仪	2	3	3	4	5	5
	印模混配机	0	1	1	1	1	1
	手机清洗注油机	1	1	1	1	1	1
	超声洁牙机	1	1	2	2	3	3

	口腔数字印模仪	0	1	2	2	2	2
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	医用超声波清洗器	1	1	1	1	1	1
	压力蒸汽灭菌器	1	1	1	1	1	1
耳鼻喉科	耳鼻喉内窥镜	1	2	2	2	2	2
	纤维鼻咽喉镜	0	0	1	2	3	4
	声阻抗中耳分析仪	0	0	1	1	1	1
	电测听仪	0	0	1	1	1	1
	多功能听觉诱发电位仪	0	1	1	1	1	1
	耳鼻喉综合治疗台	1	2	2	3	4	5
	新生儿听力筛查仪	1	1	1	1	1	1
急诊医学科	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	有创呼吸机	1	1	3	3	4	6
	急救和转运呼吸机	1	1	2	2	2	4
	无创呼吸机	1	1	2	3	5	8
	高流量呼吸湿化治疗仪	0	1	2	3	3	5
	纤维支气管镜	1	1	2	2	2	4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225244301144011133>