

# 关于护理工作中的院感控制



# 院感控制目标

 洁净医院

 全区域、全时段、全体人员的安全

# 保证目标实现的内容

- 消毒隔离
- 手卫生
- 废物处理
- 职业防护

# 清洁消毒灭菌处理原则

- **低度危险：**仅接触正常和完整皮肤的器械物品，以及不与病人接触的无生命的环境(如血压计袖带,护理篮等)，仅进行清洁和干燥就足够了。
- **中度危险：**虽不穿透皮肤或进入体内无菌区域，但接触完整的黏膜或破损的皮肤的器械设备；受毒力强或有传染性微生物污染的设备(如呼吸道诊疗设备、胃肠道内镜、阴道检查器械、体温计等)，先清洗后消毒。
- **高度危险：**穿透无菌组织包括体腔和血管系统的设备(如外科手术器械、宫内诊疗设备、血管内导管等)，先清洗后消毒灭菌。

# 普通病房消毒隔离制度

- 空气消毒
- 一般物品消毒
- 非一次性管道消毒
- 一次性物品处理
- 各种瓶类消毒
- 器械辅料消毒
- 床边隔离消毒制度
- 隔离病房制度（除床边隔离制度外）
- 环境卫生学检测

# 空气消毒

- 经常打扫卫生，保持清洁，包括玻璃，墙壁，吊灯及点滴架
- 病房采用湿式清扫，如湿式拖布，湿毛巾，湿扫床套，以保持空气清洁
- 普通病房每日开窗通气，上下午各一次，每次30分钟
- 特殊感染患者出院或死亡后，封闭病房，进行终末消毒空气用臭氧消毒
- 病房、治疗室、换药室用紫外线灯或空气消毒机消毒。

# 一般物品消毒

- 病房，治疗室，厕所拖布专用，有明显标记，清洗后分开放置，悬挂晾干。如擦拭血迹、呕吐物、排泄物等用消毒液浸泡、清洗，悬挂晾干。
- 抹布一桌一布，扫床一床一套，用消毒液浸泡，洗涤后备用
- 患者出院后，行终末消毒，床，床头柜，凳子用消毒液擦拭，被褥用臭氧消毒，特殊感染被服放置在黄色塑料袋内，集中处理，或尽量使用一次性用品或按有关规定进行消毒处理
- 脸盆，便器用后消毒，提倡一次性容器，固定使用
- 餐具用后消毒。病室暖瓶每周擦拭两次，保持清洁光亮，瓶塞煮沸消毒，床边隔离者暖瓶专用
- 体温表用含氯消毒剂浸泡消毒，清洗擦干后备用，床边隔离者体温表专用
- 各种监护仪或血压计的袖带每周清洗一次，特殊污染随时清洁消毒

# 非一次性管道的消毒

- 非一次性胃管、吸痰管、导尿管、肛管用后放在消毒液内浸泡，再刷洗，晾干，送供应室灭菌后备用。
- 雾化吸入器专人使用，必须经过消毒（螺旋管，面罩，雾化罐各关节拆开，用消毒液浸泡后再用清水冲洗干净，晾干备用）方便用于他人
- 建议使用一次性物品。



# 一次性物品的处理

- 一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。
- 一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛肠镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的一类一次性使用医疗、护理用品
- 使用后医院统一回收，进行无害化处理

# 各种瓶类的消毒

- 碘伏、酒精瓶每周灭菌两次
- 氧气湿化瓶每日用消毒液浸泡后，再用清水冲洗，晾干备用。正在使用的湿化瓶每日更换无菌水，吸氧管专用。
- 药杯用消毒液浸泡，再用清水冲洗干净，擦干备用
- 电动吸引器，胃肠减压器，做到每日刷洗，用毕先用消毒液浸泡，在清洗干净备用

# 器械敷料的消毒

- 经灭菌的各种敷料无菌包，开封后的有效时间是4小时，并注明开封时间
- 无菌治疗盘铺盘时间4小时，注明铺盘时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365230120314011144>