

实验室生物安全培训考试试题及答案

一、单项选择题

1、下列不属于实验室一级防护屏障的是: (D)

A、生物安全柜 B、防护服 C、口罩 D、缓冲间

2、下列哪项措施不是减少气溶胶产生的有效方法: (B)

A、规范操作 B、戴眼罩 C、加强人员培训 D、改进操作技术

3.运输高致病性病原微生物菌种或者样本须有不少于 2 人护送。并采取相应的防护措施，以下哪种运输方式目前是不允许的 (A)

A、城市铁路 B、飞机 C、专车 D、轮船

4.国务院颁布《病原微生物实验室生物安全管理条例》是建立实验室生物安全管理体系所依据的主要法规，该法规是何时公布的？（ B ）

A、 2004 年 12 月 1 日 B、 2004 年 11 月 12 日

C、 2005 年 1 月 1 日 D、 2005 年 6 月 1 日

5.二级生物安全实验室必须配备的设备是（ C ）

A、 生物安全柜、培养箱 B、 生物安全柜和水浴箱 C、 生物安全柜和高压灭菌器 D、 离心机和高压灭菌器

6.PCR 实验室要求严格分区，一般分为以下四区（ B ）

- A、主实验区、样本置备区、产物扩增区、产物分析区
- B、试剂准备区、样本置备区、产物扩增区、产物分析区
- C、主实验区、样本置备区、产物扩增区、试剂准备区
- D、主实验区、试剂准备区、产物扩增区、产物分析区

7.作为甲类传染病的霍乱进行大量活菌的实验操作应该在何种级别的实验室? (B)

- A、BSL-1
- B、BSL-2
- C、BSL-3
- D、BSL-4

8.生物安全柜操作时废物袋以及盛放废弃吸管的容器放置要求不正确的 (B)

- A、废物袋以及盛放废弃吸管的容器等必须放在安全柜内而不应该放在安全柜之外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376240005130010202>