

消化内镜室护士分层级考核

一、单选题

1、内镜清洗的基本步骤是（）[单选题] *

- A.预处理、侧漏、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥 ✓
- B.侧漏、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥、预处理
- C.清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥、预处理、侧漏
- D.酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥、预处理、侧漏、清洗

2、消毒内镜应（）进行生物学检测。[单选题] *

- A.每天
- B.每周
- C.每月
- D.每季度 ✓

3、内镜数量少于等于（）条的，应每次全部检测；多余 5 条的，每次检测数量应不低于 5 条。

- A.3
- B.5 ✓
- C.7
- D.9

4、内镜采用次氯酸钠灭菌时，浸泡时间不少于多少（）[单选题] *

- A.10min
- B.5min

C.40min ✓

D.60min

5、消毒剂浓度检测记录的保存期应 $\geq$ （ ）个月。

[单选题] *

A.3

B.6 ✓

C.9

D.12

6、清洗用的多酶洗液应多长时间更换（）[单选题] *

A.2h

B.1h

C.每清洗1条内镜后 ✓

D.4h

7、内镜采用次氯酸钠消毒时，浸泡时间不少于多少（）[单选题] *

A.10min

B.5min ✓

C.40min

D.60min

8、每日诊疗工作开始前，应对当日拟使用的消毒类内镜进行再次（）、终末漂洗、干燥后，方可用于患者诊疗。[单选题] *

A.消毒 ✓

B.清洗

C.酶洗

D.侧漏

9、将内镜、按钮和阀门置于铺设无菌巾的专用干燥台，无菌巾应每（）更换1次。[单选题]*

A.2h

B.4h ✓

C.6h

D.8h

10、内镜与附件储存库（柜）应（）清洁消毒1次，遇污染时应随时清洁消毒。[单选题]*

A.3 天

B.5 天

C.7 天 ✓

D.1 月

11、使用压力气枪，用洁净压缩空气向所有管道充气至少（），至其完全干燥。[单选题]*

A.5s

B.10s

C.15s

D.30s ✓

12、灭菌后内镜合格标准为：（）[单选题]*

A.细菌总数<10cfu/ 件

B.细菌总数<20cfu/ 件 ✓

C.细菌总数<100cfu/ 件

D.无菌检测合格。

13、内镜专用多酶清洗液的配置比例是（），即 2000ml 清水中加入酶液 7.5ml 。[单选题] *

A.1：250

B.1：260

C.1：270 ✓

D.1：280

14、经过水洗、擦干后的附件、各类按钮和阀门用多酶洗液浸泡，附件还需在超声清洗器内清洗多长时间（）。[单选题] *

A.10～15 分钟

B.5～10 分钟

C.20～30 分钟

D.30 分钟 ✓

15、纯化水应符合 GB5749 的规定，并应保证细菌总数≤（）CFU/100ml 。[单选题] *

A.5

B.10 ✓

C.20

D.100

16、氙气灯使用寿命达到（）时，应及时更换新的灯泡。[单选题] *

A.200

B.300

C.400

D.500 ✓

17、（）是发现内镜浸水相关事故的极为重要的工作。[单选题] *

A.预处理

B.清洗

C.测漏 ✓

D.干燥

18、内镜室应设立单独的清洗消毒室和（），使内镜清洗与诊疗分开。[单选题] *

A.治疗室

B.穿刺室

C.复苏室

D.内镜诊疗室 ✓

19、上、下消化道不能做到分室检查的应分（）进行检查。[单选题] *

A.区域

B.空间

C.时间段 ✓

D.病情

20、内镜清洗用纱布应采用（）的方式使用。[单选题] *

A.一用一消毒

B.一次性使用 ✓

C.每日一换

D.每条内镜一用

21、内镜消毒灭菌监测采样部位是内镜的（）。[单选题] *

A.外表面

B.内表面 ✓

C.活检孔

D.镜头

22、工作人员进行内镜诊疗或者清洗消毒时，应遵循（）原则和《WS/T 311 医院隔离技术规范》的要求做好个人防护。[单选题] *

A.消毒隔离

B.安全防护

C.标准预防 ✓

D.灭菌合格

23、万金医疗器械消毒液主要成分是（）。[单选题] *

A.次氯酸钠 ✓

B.戊二醛

C.过氧乙酸

D.酸化水

24、内镜的每个诊疗单位的净使用面积不得少于（）平方米。[单选题] *

A.10 平方米

B.30 平方米

C.20 平方米 ✓

D.15 平方米

25、结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后内镜采用次氯酸钠浸泡消毒时间不少于（）分钟。

A.10 分钟

B.20 分钟

C.30 分钟

D.40 分钟 ✓

26、确诊慢性胃炎的主要依据是（） [单选题] *

A.消化道症状

B.胃液分析

C.纤维胃镜检查 ✓

D.胃脱落细胞检查

E.胃肠钡餐 X 线检查

27、最近认为慢性胃炎的发病可能与哪种细菌感染有关（） [单选题] *

A.大肠埃希菌

B.沙门菌

C.幽门螺杆菌 ✓

D.空肠弯曲菌

E.嗜盐杆菌

28、下列哪项不是急性胃炎的发病因素 （） [单选题] *

A.手术应激

B.胃黏膜营养因子缺乏 ✓

C.胃切除术后胆汁反流

D.幽门螺杆菌

E.使用阿司匹林药物

29. 慢性胃炎最常见的临床表现是 （） [单选题] *

A.上腹饱胀不适、疼痛 ✓

B.无症状

C.饥饿痛、夜间痛

D.呕吐咖啡色液体

E.反复黑便

30、急性糜烂性胃炎的主要临床表现是（）[单选题] *

A.上消化道出血 ✓

B.上腹部疼痛、烧灼感

C.恶心、呕吐

D.上腹饱胀、暖气等

E.上腹部隐痛

二、多选题

1、工作人员清洗消毒内镜时，应当穿戴那些必要的防护用品（） [多选题] *

A.工作服 ✓

B.防渗透围裙 ✓

C.口罩 ✓

D.帽子 ✓

E.手套 ✓

2、诊疗室内的每个诊疗单位应包括（）。 [多选题] *

A.诊查床 ✓

B.主机 ✓

C.吸引器 ✓

D.治疗车 ✓

E.护目镜

3、干燥内镜的干燥剂可以选择（）。 [多选题] *

A.干燥气体

B.75% 乙醇 ✓

C.95% 乙醇 ✓

D.异丙醇 ✓

E.干燥 CO₂

4、内镜的质量检测可以采用（）方法，定期检测内镜清洗效果。 [多选题] *

A.目测法测定

B.中和液法测定

C.蛋白残留测定 ✓

D.ATP 生物荧光测定 ✓

E.生物酶法测定

5、内镜用多酶清洗液包含的有效成分是（）。 [多选题] *

A.脂肪酶 ✓

B.蛋白酶 ✓

C.糖酶 ✓

D.淀粉酶 ✓

E.高级蛋白水解酶 ✓

F.协同酶 ✓

G.生化酶 ✓

6、诊疗室内的人员防护着装要求是必须穿戴（）。 [多选题] *

工作服

B.手术帽 ✓

C.口罩 ✓

D.手套 ✓

E.护目镜或面罩 ✓

F.防水隔离衣

G.专用鞋

7、清洗消毒室内的人员防护着装要求是必须穿戴（）。 [多选题] *

A.工作服 ✓

B.手术帽 ✓

C.口罩 ✓

D.手套 ✓

E.护目镜或面罩 ✓

F.防水隔离衣 ✓

G.专用鞋 ✓

8、预处理的流程包括（）。 [多选题] *

A.擦拭 ✓

B.送水送气 ✓

C.抽吸 ✓

D.盖防水盖 ✓

E.送至清洗室 ✓

9、内镜清洗消毒的登记内容包括有（）。 [多选题] *

病人姓名

B.内镜的编号 ✓

C.清洗时间 ✓

D.消毒时间 ✓

E.操作人员姓名 ✓

10、下列哪些是内镜基本清洗消毒设备（） [多选题] *

A.清洗槽 ✓

B.全管道灌流器 ✓

C.各种内镜专用刷 ✓

D.高压水枪 ✓

E.压力气枪 ✓

F.侧漏仪器 ✓

B

一、单选题

1、新生儿食管长度为（） [单选题] *

A. 8-10cm ✓

B.12cm

C.16cm

D.20cm

2、1 岁小儿食管长度（） [单选题] *

A. 8-10cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445012214232011034>