

消毒科专科知识模拟试题

- 1、空气微生物学监测采样时间()
- A、消毒处理后
 - B、消毒处理前
 - C、进行医疗活动之前
 - D、消毒处理后和进行医疗活动之前
 - E、进行医疗活动之后

答案：D

- 2、追溯基本内容包括()
- A、污染物品回收清点记录
 - B、每批次清洗器械、器具、物品目测检查记录
 - C、灭菌器运行操作记录
 - D、回收质量管理
 - E、以上都是

答案：E

- 3、环氧乙烷灭菌开始预处理阶段大约需要多久()
- A、30 分钟
 - B、45 分钟
 - C、120 分钟
 - D、60 分钟
 - E、75 分钟

答案：B

- 4、下列眼科器械不能高压灭菌的是()
- A、玻切管
 - B、双极电凝线
 - C、超乳手柄
 - D、无磁器械
 - E、显微器械

答案：B

- 5、以下有关“表面活性剂”的叙述中，正确的是：()。
- A、表面活性剂是能使溶液表面张力不改变的物质；
 - B、表面活性剂是能使溶液表面张力增加的物质；
 - C、表面活性剂是能使溶液表面张力急剧下降的物质。
 - D、表面活性剂是能使溶液表面张力降低的物质；

答案：C

6、生活废弃物用（）色容器

- A、蓝
- B、红
- C、透明
- D、黑
- E、黄

答案：D

7、通常，细菌细胞通过什么方式进行分裂？（）

- A、形成芽孢
- B、有丝分裂
- C、二等分分裂
- D、减数分裂

答案：C

8、CSSD 工作区清洗池的最高照度

- A、500（lx）
- B、750（lx）
- C、1000（lx）
- D、2000（lx）
- E、1500（lx）

答案：C

9、穿刺针的包装过程中，其装配、核对需要注意事项如下，其中描述有误的是

- A、针芯针梗配套、针芯与针梗装配；
- B、对针尖部位进行保护并用医用纸或硅胶管保护针头；
- C、精密器械、锐器等应采取保护措施
- D、凭借经验，核对器械的种类、规格和数量
- E、弯盘内垫吸水纸，

答案：D

10、检查包装无菌区的气压应该（）。

- A、与周围环境的气压相同
- B、与周围环境相比呈正压
- C、与周围环境相比呈负压
- D、用便携式电风扇控制

答案：B

11、无菌物品发放区的质量管理目标）

- A、无菌物品存放安全有序
- B、正确发放无菌物品
- C、发放记录具有可追溯性
- D、以上都是
- E、以上都不是

答案：D

12、用于洗手的肥皂应当置于清洁的容器内，容器应当定期消毒，使用的固体肥皂应保持（ ）。

- A、高温保存
- B、清洁干燥
- C、湿润
- D、随意搁置

答案：B

13、A0 值是评价湿热消毒效果的指标，是指当 Z 值表示的微生物杀灭效果为（ ）K 时，温度相当于（ ）摄氏度的时间（秒）。

- A、1, 60
- B、1, 600
- C、10, 80
- D、10, 3000

答案：C

14、眼科器械按照哪些特点进行合理分类？

- A、污染程度
- B、精密程度
- C、结构
- D、材质
- E、以上都对

答案：E

15、去污区设计不符合要求的是

- A、相对密闭性
- B、良好的照明
- C、中央排风
- D、保持独立，设实质屏障
- E、良好的供水排水

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548047000007007047>