

## 矫形器装配工（三级）职业技能鉴定考试题库（含答案）

### 一、单选题

1. 支条式矫形器与地面反射型踝足矫形器的主要区别在于（）。

- A、患者接待内容不同
- B、取型准备材料不同
- C、支撑部位不同
- D、成型步骤不同

答案：C

2. 固定性脊柱矫形器的基本要求有（）

- A、限制脊柱活动
- B、限制脊柱承载状况
- C、不限制骨盆运动
- D、改变脊柱对线

答案：A

3. 滚动边前置和踝关节背锁将（）在站立中期稳定。

- A、增加膝关节
- B、降低膝关节
- C、降低髋关节
- D、降低踝关节

答案：A

4. 肩胛骨介于第（）肋。

- A、 2-7
- B、 4-9
- C、 6-11
- D、 8-12

答案： A

5. 带铰链踝足矫形器取型时，所画的标记点有（）

- A、 第 1、5 跖骨粗隆，内侧楔骨，足舟骨，骰骨，内、外踝，膝间隙
- B、 第 1、5 跖骨粗隆，足舟骨，骰骨，内、外踝，腓骨小头，膝间隙
- C、 第 1、5 跖骨粗隆，第 5 跖骨基底，骰骨，内、外踝，腓骨小头
- D、 第 1、5 跖骨粗隆，足舟骨，第 5 跖骨基底，内、外踝，腓骨小头，髌骨

答案： D

6. 膝踝足矫形器穿戴前的检查内容包括（）

- A、 膝关节屈曲伸展角度
- B、 三点固定部位的压力
- C、 大腿上缘后侧是否有压迫
- D、 膝轴与膝关节生理轴是否接近

答案： A

7. 生产实际中的不安全因素不包括（）

- A、 设备保养良好
- B、 设备管理混乱
- C、 无劳保用品
- D、 物料乱放

答案：A

8. 属于颈胸固定矫形器静态检查内容的是（）

- A、颈椎活动状况
- B、吞咽功能
- C、呼吸功能
- D、下颌与枕骨的支撑状态

答案：D

9. 带铰链踝足矫形器阳型足底修型时，说法正确的是（）

- A、矫形器阳型中，足底的前进方向线是指跟骨中心与第 2、3 脚趾间的连线
- B、足底修型时，横弓形状的宽度限制在只能支撑第 2-5 跖骨的范围
- C、踝足矫形器阳型中足底的滚动边是指第 1、5 跖骨粗隆中点的连线
- D、阳型上，足底后跟约在足长的后 1/3 处

答案：D

10. 下列关于低温板材腕手动态矫形器边缘处理方法错误的是（）。

- A、有些边缘可以适当用热风枪进行处理
- B、泡热水后可进行翻边处理
- C、边缘使用高转速打磨机进行打磨
- D、患者敏感部位可适当贴软垫防磨

答案：C

11. 在矢状面观察，膝关节机械轴位于（）。

- A、膝间隙向上 20-25mm
- B、膝间隙向上 2-2.5mm

C、股骨内外髁上 10-15mm

D、股骨内外髁上 1-1.5mm

答案：A

12. 合金是指（）种或以上的金属或非金属结合而成的材料。

A、5

B、4

C、3

D、2

答案：D

13. 膝踝足矫形器站立位适合性检查内容不包括（）

A、膝压垫的力量是否合适

B、膝关节铰链锁是否可靠

C、矫形器有无特殊声响、移位

D、鞋的肥瘦、长度是否合适

答案：C

14. 以下不属于带铰链踝足矫形器的适配性检查的是（）。

A、穿戴检查

B、坐位检查

C、站立位检查

D、外观、形状检查

答案：D

15. 下列关于踝足矫形器修型说法错误的是（）

- A、修型前，复核阳型尺寸是必须的
- B、修型前后无需进行对线
- C、修型时，软组织结构可以做一定的修改
- D、修型时，骨性解剖结构一定不可以进行修改

答案：B

16. 关节的稳定和平衡主要依靠（）来维持。

- A、骨骼、韧带、骨形态
- B、韧带、肌肉、关节囊
- C、骨骼、肌肉、韧带
- D、骨骼、肌肉、关节间隙的宽窄

答案：C

17. （）适合于打磨 PE 材料

- A、金属磨头粗磨
- B、塑料磨头
- C、低速抛光
- D、高标号细砂纸精磨

答案：D

18. 震动锯工作时，单次时间不能超过多长时间（）

- A、10min
- B、15min
- C、20min
- D、30min

答案：B

19. 颈胸固定矫形器取型时所画的标记点不包括（）。

- A、颞骨乳突
- B、喉结
- C、剑突
- D、颈胸腰椎的棘突

答案：D

20. 肱骨外上髁炎主要体征是（）

- A、“4”字试验阳性
- B、伸肌腱牵拉试验（Mills征）阳性
- C、杜加（Dugas）征阳性
- D、直腿抬高试验（Lasegue）阳性

答案：B

21. 拇指外展矫形器不适用于（）

- A、拇指腱鞘炎
- B、腕关节骨性关节炎
- C、拇指屈肌腱损伤
- D、第一掌指关节肌腱损伤

答案：B

22. 膝踝足矫形器静态对线检查的内容不包括（）

- A、稳定性检查
- B、高度

C、力线

D、宽度

答案：D

23. 组装与固定低温板材腕手动态矫形器的配件不包含（）。

A、铆钉

B、子母扣

C、螺丝与螺母

D、魔术贴

答案：A

24. 折弯扳扳手的主要用途是（）

A、弯制支条宽度

B、弯制箍板

C、弯制支条窄度

D、弯制支条厚度

答案：A

25. 选择成品拇指外展矫形器时需要确定的尺寸是（）。

A、腕关节处围长

B、前臂中部围长

C、掌指关节宽度

D、拇指宽度

答案：D

26. 属于颈胸固定矫形器的生物力学原理的是（）

- A、限制活动
- B、改善运动范围
- C、矫正畸形
- D、功能代偿

答案：A

27. 膝踝足矫形器弯制足蹬板时，装上踝关节后，关节内面与模型内外踝顶点间的间隙保持在（）

- A、5-8mm
- B、2-2.5mm
- C、2-2.5cm
- D、5-8cm

答案：A

28. 颈胸固定矫形器取型时，需要施加塑型手法的部位不包括（）

- A、枕骨
- B、下颌
- C、胸骨
- D、剑突

答案：D

29. 膝踝足矫形器取型前，膝上部位标记点有（）

- A、髌骨
- B、腓骨小头
- C、内、外踝

D、第一、五跖骨粗隆

答案：A

30. 膝踝足矫形器的三点固定力不包含（）

A、大腿近端后侧半月箍产生向前的力

B、膝部压垫产生向后的力

C、踝部固定带产生向后的力

D、鞋和足底产生向前的力

答案：C

31. 带铰链踝足矫形器取型的方法不包括（）

A、低温热塑法

B、石膏绷带法

C、画轮廓突法

D、计算机扫描法

答案：A

32. 膝关节后置、踝关节背锁以及滚动边前置，在站立后期将会导致（）。

A、伸髋困难

B、屈髋困难

C、重心前移过快

D、快速进入摆动期

答案：B

33. 带铰链踝足矫形器取型时，需要测量的尺寸有（）

A、足底至膝间隙的距离

- B、踝关节的 A-P 径
- C、足底至腓骨小头的距离
- D、内踝下缘至髌韧带中点的距离

答案：C

34. 膝轴同轴度的判断方法不包括（）

- A、目测法
- B、轮廓图法
- C、活动膝关节法
- D、工具法

答案：B

35. 制作低温板材腕手动态矫形器时，可选用（）作为外动力。

- A、袜套
- B、魔术贴
- C、支条
- D、钢丝

答案：D

36. 膝关节在完全伸直后继续向后伸超过  $10^{\circ}$ ，称为膝关节（）畸形。

- A、屈曲
- B、旋转
- C、内翻
- D、反屈

答案：D

37. 将人体分为前、后两部分的纵切面是（）

- A、冠状面
- B、矢状面
- C、水平面
- D、横断面

答案：A

38. 动态上肢矫形器的主要用于（）

- A、骨折
- B、炎症
- C、疼痛
- D、关节畸形

答案：D

39. 脊柱中属于灵活性关节的是（）

- A、骶椎
- B、腰椎
- C、胸椎
- D、颈椎

答案：D

40. 肩关节成品矫形器适配修改与调整的过程中，不需要调整的是（）

- A、体侧调整
- B、肘关节角度调整
- C、外展角度调整

D、外旋角度调整

答案：B

41. 碳纤维的主要性能特点不包括（）

A、绝缘性好

B、强度高

C、耐磨

D、耐高温

答案：A

42. 《劳动法》的法律责任不包括哪项（）

A、民事责任

B、违宪责任

C、刑事责任

D、行政责任

答案：B

43. 人体静止站立时，重力线通过（）对下肢的稳定性有利

A、膝关节前方

B、髌关节前方

C、踝关节中心

D、髌关节中心

答案：A

44. 让患者坐于检查床上，检查者用手按压患者膝关节，若患者膝关节不能伸直，

表明患者膝关节有（）的功能障碍。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606221002055010223>