

农产品质量安全检测机构考核评审员考试题及答案

单选题

1. 质量浓度为 5mg/L~1mg/L 或适当浓度的农兽残标准工作溶液，保存在 0℃~5℃左右冰箱中，有效期为（）

- A、1 周~2 周
- B、2 周~3 周
- C、1 个月
- D、两个月

参考答案：B

2. 原始记录是质量体系运行结果和记载检测数据、结果的证实性文件，若填写错误（）。

- A、可以更改
- B、不可以更改
- C、由领导决定是否需要更改
- D、由客户决定是否需要更改

参考答案：A

3. 用于元素检测的样品应先用自来水冲洗，再用 GB/T6682 规定的（）实验用水冲洗三遍，再用干净纱布轻轻擦去样品表面水分。

- A、一级
- B、二级
- C、三级

D、实验用水

参考答案：B

4. 验证检测方法检出限时，其测定值在标准中给出的方法检出限（）即可。

A、 $\pm 5\%$

B、 $\pm 10\%$

C、 $\pm 15\%$

D、 $\pm 20\%$

参考答案：D

5. 盐酸、乙醚溶液应如何存放（）？

A、和其他试剂共同存放

B、置于冰箱中冷藏

C、按易制毒管理要求，分类存放于通风干燥处

D、置于密闭的实验柜中存放

参考答案：C

6. 为了保证检测结果的有效性，实验室必须适时采取（）。

A、内部审核

B、质量监督

C、质量控制

D、期间核查

参考答案：C

7. 实验室资质认定要求，检验检测机构质量负责人应具有（）。

- A、高级技术职称
- B、中级技术职称或同等能力
- C、中级技术职称
- D、没有技术职称要求

参考答案：D

8. 实验室应有检测事故报告、分析、处理程序。对检测事故进行分析评估，并采取相应（）。

- A、偏离
- B、风险
- C、预防措施
- D、纠正措施

参考答案：D

9. 实验室应对（）投诉的处理过程及结果及时记录，并按规定归档。

- A、合理的
- B、不合理的
- C、全部的
- D、以书面形式的

参考答案：C

10. 实验室管理体系应当覆盖（）。

- A、其在固定场所开展的检测工作
- B、其在固定场所实施的质量管理和开展的检测工作

C、其在所有场所进行的工作

D、所有场所

参考答案：C

11. 实验室的设施和环境条件应（）

A、加以检测控制

B、满足客户要求

C、不影响检测结果的质量

D、满足相关的技术标准要求

参考答案：C

12. 实验室抽取样品时，当没有相关技术规范或标准时，应当按（）制定抽样方案或方法。

A、客户的要求

B、适当的统计方法

C、合同规定

D、双方协议

参考答案：B

13. 申请资质认定的检验检测机构应（）

A、独立法人

B、非独立法人

C、成承担相应法律责任

参考答案：C

14. 农质发【2020】2号中规定，（）年内通过有关部门或机构组织能力验证的项目参数，可计入现场操作考核项目，免于现场操作考核。

A、半

B、一

C、二

D、三

参考答案：B

15. 农产品质量安全检测机构应设有（）、检测技术等部门，各部门职能明确。

A、售后服务

B、业务管理

C、质量管理

D、业务营销

参考答案：B

16. 农产品质量安全检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在（）时予以评审。

A、管理评审

B、质量控制

C、内部审核

D、外部审核

参考答案：A

17. 农产品质量安全检测机构伪造检测结果或出具虚假证明的，或擅自发布检测数据和结果，并造成不良后果的，根据（）规定，三年内不受理其机构考核申请。

- A、中华人民共和国农业法
- B、中华人民共和国食品安全法
- C、中华人民共和国农产品质量安全法
- D、农产品质量安全检测机构考核办法

参考答案：D

18. 哪项质量活动，不属“内部审核”（）。

- A、验证实验室质量活动持续符合实验室管理体系文件和评审标准要求
- B、不断适应检测市场和标准更新的改进管理体系的活动
- C、有计划对管理体系各部门、各岗位和所有工作场所的质量活动，按照评审准则进行每年不少于1次的系统独立的符合性检查
- D、编写审核报告，跟踪验证不符合项整改效果

参考答案：B

19. 检验检测机构应通过实施纠正措施、预防措施等（）。

- A、改进管理评审
- B、持续改进其管理体系
- C、纠正不符合工作
- D、改进内部审核

参考答案：B

20. 检验检测机构不得使用同时在（）检验检测机构从业的人员

- A、一个
- B、两个
- C、三个
- D、两个及以上

参考答案：D

21. 检测原始记录应包括足够的信息以保证其能够（）。

- A、满足要求
- B、充分有效
- C、再现
- D、真实可靠

参考答案：C

22. 检测结果不能溯源到国家基准的，检验检测机构应（）。

- A、说明情况
- B、在证书/报告中标识
- C、提供设备比对、能力验证结果的满意证据
- D、阐述理由

参考答案：C

23. 检测报告应（）、客观地报告检测结果。

- A、公正；
- B、准确；
- C、及时；
- D、高效

参考答案：B

24. 机构应使用现行有效标准，有专人负责对技术标准进行查询、收集，（）进行有效性确认。

A、机构负责人

B、技术负责人

C、授权签字人

D、质量负责人

参考答案：B

25. 当用留样复测进行质量控制时，判定是否满足控制要求，可采用（）判定。

A、方法的重复性限

B、相对偏差

C、方法的定量限

D、相对标准偏差

参考答案：C

26. 当使用租用设备检测时，设备操作人员应为（）

A、设备的拥有者

B、检验检测机构工作人员

C、检验检测机构有资质持证人员

D、设备的原操作人员

参考答案：C

27. 从事农产品质量安全检测的机构，必须具备相应的检测条件和能力，由（）或者其授权的部门考核合格。

- A、省级以上质量监督部门
- B、省级以上人民政府农业农村行政主管部门
- C、地市级以上质量监督部门
- D、地市级以上人民政府农业农村行政主管部门

参考答案：B

28. 500mg/L~1000mg/L 的农兽药标准溶液保存在 0℃左右冰箱中，有效期（）个月。

- A、3
- B、6
- C、9
- D、12

参考答案：B

29. 10℃~30℃开封使用过的标准滴定溶液(倾出溶液后立即盖紧)保存时间一般不超过（）个月。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

参考答案：A

30. “方法确认”是指对（）的验证。

A、给定项目是否满足预期用途

B、给定项目是否满足规定要求

C、客观证据是否满足规定要求

D、规定要求是否满足预期用途

参考答案：D

31. () 是浓度单位。

A、%

B、mg/L

C、mol/L

D、ppm

参考答案：C

32. () 负责所辖区域内检验检测机构的监督管理工作。分值 2 分

A、县级以上人民政府质量技术监督部门

B、省级以上农业行政主管部门

C、省级以上质量技术监督部门

D、国家认证认可部门

参考答案：A

33. () 必须申请资质认定

A、学校的实验室

B、药品行业的检测机构

C、为社会出具有证明作用数据和结果的检验检测机构

D、社会团体法人

参考答案：C

多选题

1. 质量控制计划至少应包括（）。

- A、覆盖申请检测能力范围内的全部检验检测项目类别
- B、覆盖申请检测能力范围内的全部检验检测样品类别
- C、质控方法
- D、评价指标

参考答案：ABCD

2. 用于检验检测机构能力验证的被测物品的指定值可以是（）。

- A、由主导机构得到的参考值
- B、从某参加机构得到的一个稳定的测得值
- C、已知值由专门的被测物品配方（例如由制造或稀释）决定的值
- D、有标准物质/标准样品参考值

参考答案：ACD

3. 易燃化学品可分为以下（）几类：

- A、易燃气体；
- B、易燃液体；
- C、易燃固体；
- D、遇水会放出易燃气体的物质。

参考答案：ABCD

4. 以下哪个符号可以表示质量分数 ()

A、 ppm

B、 $\mu\text{g/kg}$

C、 $\text{g}/100\text{g}$

D、 mg/L

参考答案：BC

5. 仪器设备核查状态标识应包括必要的信息，如 ()。

A、 核查单位

B、 确认日期

C、 确认人

D、 有效期

参考答案：ABCD

6. 试剂耗材验收的目的是 ()

A、 纯度是否达到试剂耗材标准的要求

B、 是否会对检测组分产生干扰

C、 是否符合方法标准的要求

D、 规格是否符合要求

参考答案：BC

7. 实验室起火后错误的处理方法是 ()

A、 一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物，火势大时可使用泡沫灭火器

B、 易燃液体一旦发生火灾，应及时用水才扑救

C、电器失火时切勿用水泼救，以免触电

D、若衣服着火，切勿惊慌乱跑，应赶紧脱下衣服，或用石棉布覆盖着火处，或立即就地打滚，或迅速以大量水灭火

参考答案：AB

8. 实验室的设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应

() 环境条件。

A、监测

B、控制

C、记录

D、保持

参考答案：ABC

9. 实验室标准物质包括 ()

A、标准样品

B、标准溶液

C、标准菌株

D、高纯度试剂

参考答案：ABC

10. 人员上岗前要经过 () 培训，考核合格，经授权后才能上岗。

A、法律法规

B、专业技术

C、实验室安全

D、质量管理

参考答案：ABCD

11. 评审员应（）

- A、经过培训
- B、经过授权
- C、若经过允许独立于被审核活动
- D、独立于被审核活动

参考答案：ABC

12. 农兽残检测方法验证至少包括（）。

- A、方法检出限
- B、方法定量限
- C、稳健度
- D、正确度

参考答案：ABD

13. 农产品质量安全检测机构应有措施保证样品在检测和保存期间（）。

- A、不交叉污染
- B、不混淆
- C、不丢失
- D、不损坏

参考答案：ABCD

14. 农产品质量安全检测机构应建立检测工作程序，确保（）等符合要求。

- A、抽样
- B、样品接收与传递
- C、异常情况处置及判定
- D、检测方法采用与检测

参考答案：ABCD

15. 内审员应（）

- A、经过培训
- B、经过授权
- C、若济源允许独立于被审核活动
- D、独立于被审核活动

参考答案：ABC

16. 内部文件是由实验室制定的，如（）等。

- A、管理手册
- B、检测方法标准
- C、作业指导书
- D、授权书

参考答案：ACD

17. 精密度可用（）表示。

- A、重复性限
- B、相对相差
- C、再现性限
- D、绝对差

参考答案：ABCD

18. 检验检测机构租用设备时应满足以下要求（）。

- A、由租用方的人员操作设备
- B、租用方应配置设施对环境和贮存条件进行控制
- C、由出租方对设备实施维护，保证出租的设备稳定可靠。
- D、同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共用租赁。

参考答案：ABD

19. 检验检测机构设备进行期间核查的重点对象有（）。

- A、使用频率高的设备
- B、不太稳定的设备
- C、使用条件恶劣的设备
- D、容易产生漂移的设备

参考答案：ABCD

20. 检验检测机构开展期间核查工作核查的对象至少包括（）

- A、仪器设备
- B、标准物质
- C、标准溶液
- D、试剂和易耗品

参考答案：ABC

21. 检验检测机构的以下哪些设备在投入使用前不需进行校准或无法校准（）

- A、软件

- B、无量值要求的设备
- C、修理过的设备
- D、对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备

参考答案：AB

22. 检验检测机构的授权签字人（）。

- A、应在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或证书
- B、应在本专业领域从业 5 年以上
- C、一般不设置代理人员
- D、应具备对检验检测结果做出评价的判断能力

参考答案：ACD

23. 检验检测机构的记录分为质量记录和技术记录，下列属于技术记录的是（）

- A、检测报告或证书
- B、方法验证记录
- C、管理评审记录
- D、期间核查记录

参考答案：ABD

24. 检验检测机构从事抽样、检测和校准、签发检测/校准报告、操作设备的人员都必须（）。

- A、经过培训
- B、持证上岗

C、确认能力

D、实施监督

参考答案：ABCD

25. 检验检测机构采购中下列属于设备的是（）。

A、化学试剂

B、消耗材料

C、仪器设备

D、标准物质

参考答案：ABCD

26. 检验检测工作中的不符合包括（）。

A、检验检测活动不满足管理体系文件的要求

B、检验检测活动不满足与客户约定的要求

C、检验检测机构检测结果证实该产品不符合贸易合同的规定

D、检验检测机构检测结果证实该产品不符合出厂要求

参考答案：AB

27. 检验检测方法的偏离应（）。

A、经判断对结果无影响

B、有文件规定

C、经过检测人员批准

D、经客户同意

参考答案：ABD

28. 检测仪器设备发生意外故障，实验室应（）

- A、停止使用
- B、加贴停用标识
- C、修复后即可使用
- D、核查故障对以前检测结果的影响

参考答案：ABD

29. 检测过程中，下列哪些情况样品需要复检的（）。

- A、初次检验未达到标准规定指标的样品
- B、检验结果处于临界值上下的
- C、检测过程中发生异常情况（如停水、停电、仪器故障、环境变化等）有可能影响检测结果的
- D、委托方对结果提出异议，经调查核实应复检的样品

参考答案：BCD

30. 检测报告中通常包括（）等内容。

- A、检验检测机构名称、地址
- B、报告编号
- C、检验检测依据
- D、样品的特性和状态

参考答案：ABCD

31. 技术负责人（）

- A、对技术工作全面负责
- B、是质量负责人的代理人
- C、负责人员的培训工作

D、属于最高管理层

参考答案：ACD

32. 火灾类型分为 A、B、C、D、E 五种类型，实验室火灾一般属于（）

A、A 类

B、B 类

C、C 类

D、D 类

E、E 类

参考答案：BDE

33. 管理评审的步骤一般分为（）

A、策划与准备

B、评审的实施

C、编写管理评审报告

D、监督与确认

参考答案：ABCD

34. 工作场所性质包括（）。

A、自有产权；

B、上级配置

C、出资方调配

D、租赁

参考答案：ABCD

35. 非独立法人检验检测机构申请检验检测机构资质认定时，应做到（）。

- A、其所在的法人单位应为依法成立并能承担法律责任的实体
- B、该检验检测机构在其法人单位内应有相对独立的运行机制
- C、应提供所在法人单位的法律地位证明文件和法人授权文件
- D、非独立法人检验检测机构所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，应由法定代表人对管理层进行授权

参考答案：ABCD

36. 法人法律地位文件应包括（）。

- A、经营范围包含检验检测或者相关表述
- B、不得有影响其检验检测活动公正性的生产、销售等经营项目
- C、无有效期要求
- D、由相关行政主管部门核发

参考答案：ABD

37. 对于痕量检测方法的验证，至少要验证（）参数。

- A、方法检出限和方法定量限
- B、选择性
- C、稳健度
- D、正确度和精密度

参考答案：ABC

38. 对检验机构的资质认定是对（）进行全面系统评估。

- A、管理体系

B、公正性

C、质量手册

D、技术能力

参考答案：AD

39. 采购供应品包括（）

A、仪器设备

B、化学试剂

C、试验耗材

D、实验室用水

参考答案：ABCD

40. （）不能制定推荐性标准。

A、有关国家安全的技术要求

B、试验方法

C、名词术语

D、污染物排放极限

参考答案：AD

判断题

1. 预防措施是指为了防止不符合工作的再发生，消除其原因所采取的措施。

A、正确

B、错误

参考答案：B

2. 用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如有可能，应加以唯一性标识。

A、正确

B、错误

参考答案：A

3. 业务管理部门不需要配备质量监督员。

A、正确

B、错误

参考答案：B

4. 现场评审实行评审专家组长负责制。

A、正确

B、错误

参考答案：B

5. 现场评审时，根据检测机构开展检测工作的需要，可以临时少量增加申请书以外的检测项目评审。

A、正确

B、错误

参考答案：B

6. 文件的载体必须是纸质的。

A、正确

B、错误

参考答案：B

7. 为了节约成本，高压气瓶内的气体可以用尽。

A、正确

B、错误

参考答案：B

8. 所有在用仪器设备都需要编制操作规程。

A、正确

B、错误

参考答案：B

9. 实验室通过纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。

A、正确

B、错误

参考答案：A

10. 实验室的检测设施以及环境条件主要是满足相关的技术标准要求。

A、正确

B、错误

参考答案：B

11. 若不从事抽样时，检验检测机构应在报告中应声明检验检测结果仅对收到的样品有效。

A、正确

B、错误

参考答案：A

12. 人员监督是在人员上岗前进行的，主要监督人员上岗前是否满足上岗要求，监督的是初始能力。

A、正确

B、错误

参考答案：A

13. 农产品质量安全检测机构应当依法设立，保证客观、公正和独立地从事检测活动，并承担相应的社会责任。

A、正确

B、错误

参考答案：B

14. 进行校准的设备应对其校准结果是否满足预期用途进行确认，检定合格的设备其检定结果则不需要进行确认。

A、正确

B、错误

参考答案：B

15. 检验是通过观察判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

A、正确

B、错误

参考答案：A

16. 检验检测机构只需要有检测部门即可。

A、正确

B、错误

参考答案：B

17. 检验检测机构应由质量负责人负责管理体系的建立和有效运行。

A、正确

B、错误

参考答案：B

18. 检验检测机构未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处 3 万元罚款。

A、正确

B、错误

参考答案：A

19. 检验检测机构合同评审员针对要求、标书、合同的偏离、变更只要征得客户同意即可。

A、正确

B、错误

参考答案：B

20. 检验检测机构的设备包括固定和非固定设施。

A、正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/876042132221011005>