



CNAS-R01

认可标识使用和认可状态声明规则

Rules for the Use of Accreditation Symbols and Claims of Accreditation

中国合格评定国家认可委员会

认可标识使用和认可状态声明规则

1 目的与范围

1.1 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）为保证 CNAS 认可标识、国际互认联合认可标识与认可证书的正确使用，防止误用或滥用标识和认可证书，以及错误声明认可状态，维护 CNAS 的信誉，特制定本规则。

1.2 本规则适用于 CNAS 对获准认可的合格评定机构使用 CNAS 认可标识、国际互认联合认可标识、认可证书及声明认可状态的要求。

注：本规则中合格评定机构指获得 CNAS 认可资格的认证机构、审定与核查机构、实验室、检验机构。

2 引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。以下引用的文件未注明日期，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

2.1 GB/T 27011《合格评定 认可机构通用要求》（等同采用 ISO/IEC 17011）

2.2 GB/T 27000《合格评定 词汇和通用原则》（等同采用 ISO/IEC 17000）

2.3 IAF ML 2《IAF-MLA 国际互认标志使用通则》

2.4 ILAC-R7《ILAC-MRA 国际互认标志使用规则》

2.5 ILAC-P8《获准认可的实验室、检验机构使用认可标识和认可状态声明的补充要求和指南》

2.6 IAF 2015-14 号决议、IAF 2016-17 号决议、IAF 2017-19 号决议、IAF 2018-13 号决议

3 术语和定义

本规则引用 GB/T 27000（等同采用 ISO/IEC 17000）和 GB/T 27011（等同采用 ISO/IEC 17011）中的有关术语并采用下列定义：

3.1 CNAS 徽标：代表 CNAS 机构的特定图形，CNAS 拥有所有权和使用权。

3.2 认可注册号：CNAS 授予获准认可的合格评定机构的特定英文字母和数字组合。

1.1 CNAS 认可标识：CNAS 授予的、供获准认可的合格评定机构使用的，表示其特定认可资格的图形，通常由 CNAS 徽标和标明认可制度的文字、注册号组成，具体式样见本文件附录 1 和附录 2。

1.2 国际互认标志：国际认可论坛（IAF）或国际实验室认可合作组织（ILAC）拥有所有权，证明相关国家或经济体的认可机构所实施的认可制度已正式签署了多边互认协议的图形；简称 IAF-MLA 或 ILAC-MRA 标志。

1.3 国际互认联合徽标：由 IAF-MLA 或 ILAC-MRA 国际互认标志和 CNAS 徽标共同组成的图形，包括 IAF-MLA/CNAS 徽标和 ILAC-MRA/CNAS 徽标。

1.4 国际互认联合认可标识：属于 CNAS 认可标识的特殊形式，由国际互认标志和 CNAS 认可标识共同组成的图形，包括 IAF-MLA/CNAS 标识和 ILAC-MRA/CNAS 标识，具体式样见本文件附录 1 和附录 2。

1.5 认可状态声明：表示认可资格的文字说明。

1.6 授权签字人：经 CNAS 认可，有能力签发带认可标识的实验室或检验机构报告或证书和声明认可状态文件的人员。


1.7 CNAS 认可标识章：将 CNAS 认可标识刻制在特定的材料上，供获准认可的实验室或检验机构在认可范围内出具的报告/证书上加盖的印章。

1.8 校准标签：校准实验室在被校准的器具上加贴的标明校准状态的标识。

2 CNAS 徽标和国际互认标志式样

2.1 CNAS 徽标

2.1.1 CNAS 徽标式样



3.2.1 CNAS 徽标规格

CNAS 徽标的规格如图所示，可成比例放大或缩小，应清晰可辨。

3.2.2 CNAS 徽标颜色

CNAS 徽标的基本颜色为蓝色或黑色。

- 蓝色：C：100 M：95 Y：25 K：0 （标准色）
- C：100 M：56 Y：0 K：0 （标准色）
- 黑色：C：0 M：0 Y：0 K：100 （标准色）

3.2.3 CNAS 徽标使用

CNAS 具有 CNAS 徽标的所有权和使用权，其他机构和个人未经 CNAS 的书面允许不得使用 CNAS 徽标；CNAS 根据有关规定使用徽标。

3.3 国际互认标志

3.3.1 IAF-MLA 标志

3.3.1.1 IAF-MLA 标志式样



1.1.1.1 IAF-MLA 标志颜色

IAF-MLA 标志的基本颜色为蓝色或黑色。

蓝色: C: 100 M: 80 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 56 Y: 0 K: 0

黑色: C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

1.1.2 ILAC-MRA 标志

1.1.2.1 ILAC-MRA 标志式样



1.1.2.2 ILAC-MRA 标志的颜色

ILAC-MRA 标志的基本颜色为蓝色或黑色。

蓝色: C: 100 M: 56 Y: 0 K: 0

黑色: C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

1.1.3 国际互认标志的使用

1.1.3.1 IAF 和 ILAC 拥有 IAF-MLA 和 ILAC-MRA 标志的所有权。CNAS 是 IAF 和 ILAC 多边承认协议签署方, 并与 IAF 和 ILAC 签署了使用 IAF-MLA 和 ILAC-MRA 国际互认标志使用协议, 可以在规定的范围内使用。

1.1.3.2 CNAS 拥有 IAF-MLA 和 ILAC-MRA 国际互认标志使用权, 并根据有关规定使用该标志。CNAS 通常以与 CNAS 徽标结合 (国际互认联合徽标) 的方式使用国际互认标志。

1.1.3.3 CNAS 认可的合格评定机构不得单独使用国际互认标志。

2 合格评定机构使用 CNAS 认可标识和声明认可状态的要求

2.1 使用 CNAS 认可标识和声明认可状态的通用要求

2.1.1 CNAS 拥有 CNAS 认可标识的所有权; 合格评定机构在认可范围和认可有效期内按照本规则以及相关规定的规定使用 CNAS 认可标识或声明认可状态, 其他机构不得使用认可标识或声明认可状态。合格评定机构拥有 CNAS 认可标识的使用权,

但不得转让认可标识使用权。**CNAS** 对合格评定机构使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态的情况进行监督。

注 1：申请认可的合格评定机构不应使用认可标识。

注 2：如果获准认可的校准实验室签发的校准证书被用于检测实验室、质量管理体系认证的组织建立测量溯源体系时，应当在校准证书上使用 **CNAS** 认可标识。

3.3.2 合格评定机构应对 **CNAS** 认可标识使用和认可状态声明建立管理程序以保证符合本规则的规定，且不得在与认可范围无关的其他业务中使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态。

3.3.3 合格评定机构应在认可范围和认可有效期内按照本规则的规定准确、客观的声明认可状态，不得将认可状态声明用于其或其母体组织的其他活动。

3.3.4 合格评定机构应以认可证书上标注的机构名称或 **CNAS** 同意的名称使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态。

3.3.5 合格评定机构使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态时不应产生误导，使相关方误认为 **CNAS** 对合格评定机构出具的报告或证书结果负责，或对此结果的意见或解释负责。

3.3.6 当认可要求发生变化，合格评定机构未按时完成转换的，不得继续使用认可标识，也不得以任何方式声明认可状态仍然有效。

3.3.7 合格评定机构应按照 **CNAS** 秘书处颁布的式样正确使用 **CNAS** 认可标识，保证 **CNAS** 认可标识的完整性；**CNAS** 认可标识可按比例放大或缩小，且应清晰可辨；**CNAS** 秘书处向合格评定机构提供 **CNAS** 认可标识式样，供其使用。

3.3.8 **CNAS** 秘书处通过在 **CNAS** 网站（<http://www.cnas.org.cn>）下载区内或其他方式向合格评定机构提供 **CNAS** 认可标识。

3.3.9 合格评定机构可在报告或证书、陈述、文件、办公用品、宣传品和网页等上使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态。使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态可采用印刷、图文和印章（印章仅限实验室、检验机构认可标识）等方式。

3.3.10 被暂停认可资格的合格评定机构应在被暂停范围内立即停止任何关于获得 **CNAS** 认可的宣传，并应立即停止在报告或证书、陈述、文件、办公用品、宣传品和网页等上使用 **CNAS** 认可标识或声明认可状态。

3.3.11 被撤销、注销认可资格或缩小认可范围的合格评定机构应在 **CNAS** 作出撤销、注销或缩小认可范围决定之日起，在被撤销、注销认可资格或缩小认可范围内立即停

止任何关于获 CNAS 认可的宣传，收回、销毁和删除一切带有 CNAS 认可标识或声明认可状态的证书、报告、文件、办公用品、宣传品和网页等。

3.3.12 认可资格到期后，合格评定机构如未获得新的认可资格，不得继续使用 CNAS 认可标识，也不得以任何方式声明认可状态仍然有效。

3.3.13 合格评定机构应将认可资格的暂停、注销、撤销以及认可范围的缩小等变化及相关后果及时告知其受影响的客户，不得有不当延误。

3.3.14 合格评定机构在认可范围内未使用 CNAS 认可标识或未声明认可状态的，应按照 CNAS 的规定从事合格评定活动。

3.3.15 当合格评定机构因使用 CNAS 认可标识或声明认可状态引起法律诉讼时，应及时通告 CNAS，CNAS 有权根据诉讼需要亲自申请或要求其申请 CNAS 作为第三人参与诉讼；如果采取和解、撤诉等法律行动，应经 CNAS 书面准许。

3.4 认证机构使用 CNAS 认可标识和声明认可状态的特殊要求

3.4.1 获得 CNAS 认可的认证机构应在其公开文件或网站上正确宣传认可及国际互认相关知识。

3.4.2 获得 CNAS 认可的管理体系、产品、人员认证机构，应在 CNAS 认可范围内所颁发的管理体系、产品、人员认证证书上使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态。

注：在 CNAS 的认可范围内，认证机构的认可状态声明表述为：经中国合格评定国家认可委员会认可（Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment）与认可注册号。

3.4.3 对于获得认可的管理体系、产品、人员认证机构，在 CNAS 认可的范围内，如果其客户希望其所颁发的管理体系、产品、人员认证证书不带 CNAS 认可标识和（或）不声明认可状态，其客户必须向认证机构和 CNAS 说明理由。如果认证机构和 CNAS 均认为认证机构的客户的理由是合理的，并可接受，可以作为例外。但管理体系、产品、人员认证机构所颁发的不带 CNAS 认可标识和（或）不声明认可状态的管理体系、产品、人员认证证书仍被视为在 CNAS 认可范围内。

3.4.4 宣称获得 CNAS 认可的其他基本认可制度的认证机构，应在 CNAS 认可范围内所颁发的认证证书上使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态。

3.4.5 如果管理体系、产品、人员认证机构获得包括 CNAS 等多个认可机构认可，在同一认可范围内，认证机构决定颁发带有其中一个或多个认可标识和（或）认可状态

声明的管理体系、产品、人员认证证书。认证机构应识别出认证标准的差异性，对于有差异性的认证标准，认证机构不应将 CNAS 认可标识和（或）认可状态声明与其他认可机构的认可标识和（或）认可状态声明使用在同一张管理体系、产品、人员认证证书上。

3.4.6 认证机构在使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态时，应与本机构的名称或其标志在同一个页面上。

3.4.7 产品认证机构获准 CNAS 认可时，可允许获得其认证的组织按照以下要求在获得认证的产品或单个包装上使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态：

（1）CNAS 认可标识应与产品认证机构的表明某种产品认证制度的认证标志按如下方式使用：



（2）认证机构应与获得认证的组织签署有关使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态的协议并监督其使用情况。

3.4.8 当管理体系认证机构获得 CNAS 认可时，认证机构不得允许获得认证的组织将 CNAS 认可标识和（或）认可状态声明用于产品或产品包装上。

3.4.9 CNAS 认可标识使用或认可状态声明不应使相关方误认为 CNAS 对获得认证的特定管理体系、产品、过程、服务或人员等进行了批准。

3.5 实验室或检验机构使用 CNAS 认可标识和声明认可状态的特殊要求

3.5.1 实验室或检验机构应将 CNAS 认可标识置于其签发的报告、证书首页上部适当的位置。

3.5.2 带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书应由授权签字人在其授权范围内签发。

3.5.3 如果实验室或检验机构签发的报告或证书结果全部不在认可范围内或全部结果来自于外部供应商，则不得在其报告或证书上使用 CNAS 认可标识或声明认可状态。

1.1.1 实验室或检验机构签发的带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时，应清晰标明此项目不在认可范围内；实验室或检验机构签发的带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时，应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。

1.1.2 实验室或检验机构签发的带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书中部分结果来自于外部供应商时，应予以清晰标明。实验室或检验机构从外部供应商的报告或证书中摘录信息应得到外部供应商的同意；如果外部供应商的项目未获 **CNAS** 认可，应标明此项目不在认可范围内。

1.1.3 如果实验室或检验机构签发的报告或证书中包含 **CNAS** 与其他认可机构签署多边或双边互认协议的信息，相关内容应经 **CNAS** 书面准许。实验室或检验机构不应在签发的报告或证书上使用其他签署多边承认协议认可机构的认可标识，除非其获得其他签署多边承认协议认可机构认可或 **CNAS** 与其他认可机构间有特定双边协议规定。

1.1.4 对于多地点的实验室或检验机构，**CNAS** 认可标识使用或认可状态声明不应使相关方误认为未获认可地点的相关能力在认可范围内。

1.1.5 实验室或检验机构在非认可范围内的所有活动（包括外部提供的服务）中，不得在相关的来往函件中含有 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的描述，出具的报告或证书及其他相关材料也不能提及、暗示或使相关方误认为获 **CNAS** 认可。

1.1.6 如果实验室或检验机构同时也通过管理体系认证，报告或证书上只允许使用 **CNAS** 认可标识，而不得使用认证标志。

1.1.7 实验室或检验机构不得将 **CNAS** 认可标识或认可状态声明用于样品或产品（或独立的产品部件）上，使相关方误认为产品已获认证。

1.1.8 实验室签发的带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书中若含对结果解释的内容，应作必要的文字说明，并明确所指的具体规范、标准，以避免客户产生歧义或误解。

1.1.9 实验室签发的带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含意见或解释时，意见或解释应获得 **CNAS** 认可，且意见或解释所依据的检测、校准能力等也应获得 **CNAS** 认可。如果意见或解释不在 **CNAS** 认可范围之内，应在报告或证书上予以注明。实验室可将不在认可范围内的意见或解释另行签发不带 **CNAS** 认可标识或认可状态声明的报告或证书。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887005153125006062>